



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

06/03/2020 13:29 - 52446582 - 949 - E.202



00114217539

Sayı : 35277066-949

Konu : 2 KALEM TIBBİ MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **10.05** /2020 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzvirmisi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

Havva YÜKSEK

İdari ve Mali İşler Müdür V.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	TIBBİ MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK <i>Nihon Kohden</i>	15	ADET		
2	TIBBİ MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK <i>Spacelabs</i>	30	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

HASTABAŞI MONİTÖR SATURASYON/SPO2 PROBU (REUSABLE)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Kilis Devlet Hastanesi Koroner Yoğun Bakımda kullanılan Nihon Kohden marka BSM-4113K model hasta başı monitör için alınacak olan Spo2 probu teknik şartnamesidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Spo2 probu Nihon Kohden marka BSM-4113K hastabaşı monitörüne uyumlu olmalıdır.
2. Prob soketi hastabaşı monitör ara kablosuna uyumlu olmalıdır.
3. Prob perfüzyonu, vücut ısısı düşük hastalarda doğru ölçüm yapabilmelidir. Düşük perfüzyon için farklı prob kullanılması gerekmemelidir.
4. Prob üzerinde 4+5 toplam 9 pin olmalıdır.
5. Spo2 probu yetişkin hastalara uyumlu parmak için mandal tipi olmalıdır.
6. Spo2 probunun CE belgesi olmalıdır.
7. Alınacak prob cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir. Firmalardan teklif sırasında numune istenecektir.
8. Prob; dezenfektan, alkol vs temizleyicilerle temizlenebilir ve yapıldığı malzeme bu temizlik ürünlerine karşı dayanıklı olmalıdır.
9. Teklif edilen probun en az 6 ay garantisi olmalıdır.

Emin TIRYAKI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi
(02.03.2020)

Sümevra GÜMÜŞALAN
Koroner Yoğun Bakım
Birim Sorumlusu
(02.03.2020)



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

**HASTABAŞI MONİTÖR SATURASYON/SPO2 PROBU (REUSABLE)
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

KONU: Kilis Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakımda kullanılan Spacelabs marka 91390 model hasta başı monitör için alınacak olan Spo2 probu teknik şartnamesidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Spo2 probu Spacelabs marka 91390 model hastabaşı monitörüne uyumlu olmalıdır.
2. Prob soketi hastabaşı monitöre uyumlu olmalıdır. Şayet uyumlu değilse ara kablo ücretsiz verilecektir.
3. Prob teknolojisi Masimo olmalıdır.
4. Prob perfüzyonu, vücut ısısı düşük hastalarda doğru ölçüm yapabilmelidir. Düşük perfüzyon için farklı prob kullanılması gerekmemelidir.
5. Spo2 probu yetişkin hastalara uyumlu parmak için mandal tipi olmalıdır.
6. Spo2 probunun CE belgesi olmalıdır.
7. Alınacak prob cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir. Firmalardan teklif sırasında numune istenecektir.
8. Prob; dezenfektan, alkol vs temizleyicilerle temizlenebilir ve yapıldığı malzeme bu temizlik ürünlerine karşı dayanıklı olmalıdır.
9. Teklif edilen probun en az 6 ay garantisi olmalıdır.

Emin TIRYAKI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi

(27.02.2022)

KILIS DEVLET HASTANESİ
Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes. No: 131630

Memişin
Mustafa Özdemir
Ayhan