



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

17/03/2020 13:57 - 52446582 - 949 - E 228



00114970902

Sayı : 35277066-949

Konu : SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZI ALIM IŞI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktar belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (19/03 / 2020) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(YÜZYİRMİ) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

Abdullah YEDİLİOĞLU

İdari ve Mali İşler Müdürü

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI ATEŞ ÖLÇER	20	ADET		
<u>Detaylı Bilgi için Emin TIRYAKI 05300992446</u>				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden a565c1a4-d1dc-4577-ac07-96bdbb19aa74 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

NON İNVAZİV HASTA SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

A- KONU:

Bu teknik şartname Kilis Devlet Hastanesi genelinde kullanılacak olan temassız ateş ölçer teknik şartnamesidir.

B- TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Vücut ve yüzey sıcaklığını ölçebilmelidir.
2. Vücut ölçüm aralığı : 34,0 °C ile 42,5 °C ($\pm 0,5$ °C) arası olmalıdır.
3. $\pm 0,2$ °C doğrulukla çalışabilmelidir.
4. Yüzey ölçüm aralığı : 0 °C ile 100 °C (± 1 °C) arası olmalıdır.
5. 5-15 cm mesafede ölçüm yapabilmelidir.
6. Ölçüm zamanı : 0,5-1 saniye olmalıdır.
7. Otomatik kapanma özelliği olmalıdır.
8. Ölçüm hafızası olmalıdır.
9. Sesli uyarı sistemi olmalıdır.
10. Geniş ışıklı LCD ekrana sahip olmalıdır.
11. 1 adet CR2032 tip pil ile çalışmalıdır.
12. En az 2 yıl garantili olmalıdır.
13. Her cihaz pille teslim edilmeli, her cihaz için ayrıca 1 adet yedek pil verilmelidir.
14. Türkçe kullanım klavuzu olmalıdır.
15. Cihazın UTS/UBB kaydı olmalıdır.

Darin Toyaklı
Biy. Mühendisi
A. D.

Selma Fermaner
Biy. Ders. B.