



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ
17/03/2020 14:35 - 52446582 - 949 - E 236



Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM SOLUNUM DEVRESİ YETİŞKİN ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 20.03.../2020 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi,Doğrudan Temin Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.
Abdullah YEDİLİOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdürü

MARKA/UBB KODU :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	SOLUNUM DEVRESİ (ANESTEZİ) YETİŞKİN	200	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili: 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

SOLUNUM DEVRESİ YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hasta Devresi tek kullanımlık olmalıdır.
2. Solunum devresi hastanemizde kullanılmakta olan ventilatörlerle uyumlu, kaçağa neden olmamalı, konnektörleri universal standartlarda olmalıdır.
3. Nontoksik, apirojen özellikte, dayanıklı, hafif, şeffaf, spiralli yapıda olmalıdır.
4. Hortum içinden geçen akıma karşı düşük direnç gösterir özellikte olmalıdır
5. Kullanımda kolaylık sağlayacak şekilde, yeteri kadar esnek olmalı, bükülme ve ezilmelere karşı dirençli olmalıdır.
6. Ventilatör devresi en az 1,8 m inspirasyon ve ekspirasyon hattından oluşmalıdır.
7. Devrenin tüm hat ve konektörlerinin kompians ve akışa direnç testleri yapılmış olmalıdır.
8. Devrenin ekspiratuar kolu üzerindeki şeffaf sıvı hazneli, istenildiğinde açılıp kapanabilmeli ve hortumlara sabitlenmiş su tutucu olmalıdır.
9. Hasta devresi inspirasyon ve ekspirasyon hatlarını birleştiren bir 'Y' konnektör içermelidir.
10. Her hasta devresi ile birlikte maske ile bağlantıyı sağlayan portluElbow konnektör olmalıdır.
11. Klinik olarak temiz ve tek tek paketlenmiş olmalıdır. Devre ile birlikte T tüp verilmelidir.
12. Hasta devresi kaçak yapma ihtimaline karşılık bölümde denendikten sonra uygunluk verilebilir.
13. Anestezi kesesi 2 lt veya 2,5 lt olmalıdır.
14. Devrenin ara hortumu en az 90 cm PE olmalıdır.
15. Ara hortum üzerindeki adaptörleri makine ve kese uyumlu olmalıdır.
16. Her setin içinde en az class 13 sınıfında, bakteri ve viral filtrasyon etkinliği en az % 99 olan bakteri ve viral tutma özelliğine sahip filtre bulunmalıdır.
17. Set içinde en az 250 cm uzunluğunda örnekleme line olmalıdır.
18. İhale öncesi numune teslim edilecektir, numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.

M. Emrah Dalgıçlı



S. N. N. ÇELEBİ

