



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ
07/04/2020 13:14 - 52446582 - 949 - E.237
00116185703

Sayı : 35277066-949

Konu : SEYYAR RÖNTGEN CİHAZI HAREKET SENSÖRÜ ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **10.04.2020** günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi,Doğrudan Temin Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

MARKA/UBB KODU :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	SEYYAR RÖNTGEN CİHAZI HAREKET SENSÖRÜ (LOADCELL)	1	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

**DİJİTAL SEYYAR RÖNTGEN CİHAZI HAREKET SENSÖRÜ (LOADCELL)
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

KONU:Hastanemiz radyoloji biriminde kullanılan 1012384473 künye numaralı Dragem marka Topaz 32 model seyyar röntgen hareket sensörü (loadcell) teknik özelliklerini içerir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Loadcell Dragem marka Topaz 32 için birebir tam uyumlu olmalıdır.
2. Loadcell kodu BCL-5L ve 1612BCLM404044 olmalıdır.
3. 5 kgf ve 1.0mV/V değerinde olmalıdır.
4. Ürün en az 6 ay garantili olmalıdır.
5. Firma değişimi ve ilgili test, kontrollerini sağlayıp çalışır durumda teslim edecek ve bunun için hiçbir ücret talep etmeyecektir.

Emin TIRYAKI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi

Süleyman FERMANCI
Kilis Devlet Hastanesi
Biyomedikal Depo Birimi
Tıbbi Sekreter

Ahmet Aytekin