



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

08/04/2020 13:43 - 52446582 - 949 - E.300



00116252321

Sayı : 35277066-949

Konu : DİJİTAL TANSİYON ALETİ ALIMI İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç ( **B/04 / 2020** ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmiy)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU  
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

| TEKLİFLER |                        |        |       |                          |              |
|-----------|------------------------|--------|-------|--------------------------|--------------|
| Sıra      | Cinsi                  | Miktar | Birim | Birim Fiyat              | Toplam Tutar |
| 1         | DİJİTAL TANSİYON ALETİ | 8      | ADET  |                          |              |
|           |                        |        |       | <b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b> |              |

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kilis Sağlık Müdürlüğü  
Kilis Devlet Hastanesi

## DİJİTAL TANSİYON ALETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

**KONU:**Hastanemiz diyaliz biriminde kullanılmak üzere alınacak olan dijital tansiyon aleti teknik özelliklerini içerir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Cihaz düzensiz nabız atışını tespit etmelidir.
2. Cihazın tansiyon ölçüm aralığı 0-299 mmHg olmalıdır.
3. Cihazın nabız ölçüm aralığı 40-180 bpm olmalıdır.
4. Cihaz tansiyon ölçümü yapılan kişinin ölçüm sonuçlarını etkileyebilecek hareketlerini tespit etmeli ve ölçüm sonucuyla birlikte bu durumu ekranda bir uyarı ile birlikte göstermelidir.
5. Cihazın en az 21-42 cm çevre ölçüsü olan kollara uyumlu kendinden kavrayan manşeti olmalıdır.
6. Cihazın belirli parametreleri gösterecek dijital ekranı olmalıdır.
7. Cihazla pille çalışmalıdır.
8. Cihaz manşet basıncını ve hava indirme hızını kişinin tansiyonuna göre otomatik olarak ayarlayabilmelidir.
9. Cihaz 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
10. Cihazın CE belgesi ve UTS kaydı olmalıdır.

*Emin İBRAHİM*  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Biyomedikal Mühendisi  
(06.04.2020)

Dr. Abdullah İhsan ÖZAYTÜRK  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Diş Hesi No: 91-937166038  
Diyaliz Birim No: 708  
(06.04.2020)

(Sefa KARPINAR)  
Diyaliz Teknikeri  
Sefa KARPINAR  
Kilis Devlet Hastanesi  
Diyaliz Birim No: 708  
(06.04.2020)