



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ
29/04/2020 11:10 - 52446582 - 949 - E.335
00117123523

Sayı : 35277066-949
Konu : 5 Kalem Tıbbi Sarf Alımı

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **06.05**./2020 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitiriliş muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.
İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ASPIRATÖR TORBASI 1500 CC	500	ADET		
2	ARCH BAR TELİ, 0,4MMX10M	1	ADET		
3	ARCH BAR TELİ, 0,5MMX10M	1	ADET		
4	ARCH BAR TELİ, 0,3MMX10M	1	ADET		
5	ARCHBAR ARKI	3	-		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi
Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15
İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1
e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

ASPIRATÖR TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ - 1.500 ml

1. Kolay delinmemeli ve yırtılmamalıdır.
2. Tek kullanımlık olmalıdır.
3. Bağlantı yerleri hastane aspiratör sistemi ile uyumlu olmalıdır.
4. Kitler birlikte ambalajlanmış hortum ve torbalardan oluşmalıdır.
5. Kitler, fleksibl (esnek) polietilen yapıda ve 1,5 lt hacminde olmalıdır.
6. Sistem tamamen kapalı olmalıdır.
7. Kit üzerinde birbirinde farklı çaplarda (hasta, vakum, seri bağlama, örnek alma girişleri gibi) bağlantı olmalıdır.
8. Kitin vakum kaynağı girişinde mekanik kapama valfi bulunmalı bu sayede torbanın tam kapasite dolum yapması sağlanmalıdır.
9. Aspire edilen materyalin ana vakum sistemine kaçmaması için gerekli teknik düzenek olmalıdır.
10. Aspire edilecek materyalin hacim artışına bağlı olarak, kitler birbirine ayrı bir giriş sayesinde seri olarak bağlanabilmelidir.
11. Kitlerin kapakları sağlam kapanmalı, düşme ya da basınç halinde içeriği boşalmamalıdır.
12. TITUBB'na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığında onaylı olmalıdır.
13. Ürünler numune üzerinden değerlendirilecektir.

Mustafa Özdemir
Tuzluca

KILIS DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Gökhan BOSTAN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Teş. No: 120737

ARCH BAR ATELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ARCH BAR ATELLERİ DİŞ DEFORMİTELERİNİN DÜZELTİLMESİ VEYA ALT ÜST KIRIKLARINDA TESPİT AMACI İLE KULLANMAYA UYGUN OLMALIDIR.
2. ARCH BAR ATELLERİ, OTOKLAV STERİLİZASYONUNA UYGUN PASLANMAZ ÇELİKTEN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
3. ATELLER YAKLAŞIK 0.4-0.5 MM (SIFIR NOKTA DÖRT VEYA SIFIR NOKTA BEŞ MİLİMETRE) KALINLIKTA, YASSI VE ALT YÜZLERİNDE DİŞ KAVİSLERİNE UYGUN GİRİNTİLERİ VE GİRİNTİLER ARASINDA BAĞLAMA İÇİN KANCALARI BULUNMALIDIR.
4. KOLAYCA ŞEKİLLENDİRİLEBİLECEK YUMUŞAKLIKTA OLACAKTIR.
5. ARCH BAR ATELLERİ 1 (BİR) METRELİK RULOLAR HALİNDE OLACAKTIR.
6. Ürünlerin TİTUBB'A Kayıt Bildirimi Yapılmış Ve Sağlık Bakanlığı'ndan Onaylanmış Olmalıdır. (bu belgeler teklif ile beraber sunulmalıdır.)

ARCH BAR BAĞLAMA TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ARCH BAR LARI TESBİTİ İÇİN KULLANILACAK OLMALIDIR
2. BAĞLAMA TELLERİ OTOKLAV STERİLİZASYONUNA UYGUN, YUMUŞAK, PASLANMAZ ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
3. BAĞLAMA SIRASINDA TEL BÜKÜLÜRKEN KIRILMAMA ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMALIDIR.
4. ÇELİK TELLER 0,3 MM, (SIFIR NOKTA ÜÇ MİLİMETRE) 0,4 MM, (SIFIR NOKTA DÖRT MİLİMETRE) 0,5 MM, (SIFIR NOKTA BEŞ MİLİMETRE) ÇAPLARINDA VE 10 MT, (ON METRE) LİK RULOLAR HALİNDE OLMALIDIR.
5. HANGİ BOYDAN NE KADAR İSTENECEĞİ İHTİYAÇ LİSTESİNE BELİRTİLECEKTİR.
6. Ürünlerin TİTUBB'A Kayıt Bildirimi Yapılmış Ve Sağlık Bakanlığı'ndan Onaylanmış Olmalıdır. (bu belgeler teklif ile beraber sunulmalıdır.)


Dr. Erinc EVRENSÖZ
DEVLET HASTANESİ
Asiik Zerrahi Uzman Doktor
Dip. Sic. No : 135715