



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

04/06/2020 10:16 - 52446582 - 949 - E.387



00118548596

Sayı : 35277066-949

Konu : ETİLEN OKSİT GAZ KARTUŞU ALIM IŞI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (**08/06** / 2020) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmiy)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@ymani.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ETİLEN OKSİT GAZ KARTUŞU ALİMİNYUM GÖVDELİ 91-100 GR.	50	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 1f38a110-bd2d-43f0-94c2-e028c97b3086 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

GAZ İNDİKATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.EO gazı ile sterilizasyona uygun olmalıdır.
2. İndikatörler strip tarzında olmalı ; EO gaz konsantrasyonu , zaman , sıcaklık ve nem parametrelerinin hepsine duyarlı olmalı ve üzerinde EO gaz ile sterilizasyon için olduğunu gösterecek ibare olmalıdır.
3. Maruziyet süresine göre renk değiştirebilen işareti olmalıdır.
4. Yüzeyi lamine kaplı olmalı ve mürekkep transferini önleyebilmelidir. Kağıt üzerine baskı olmamalıdır.
5. İndikatör kurşun ve ağır metaller içermemelidir.
6. Sterilizasyondan sonra arşivlendiğinde renk değişimi en az 6 (altı) ay süreyle sabit kalma özelliğini sağlamalıdır.
7. Normal oda şartlarında (15-30 derece / %35-60 nem)saklanabilmelidir.
8. Ürüne ait yorumlama tablosu mevcut olmalı ve ürün üzerinde açıklayıcı işaret bulunmalıdır.
9. Raf ömrü açılmamış paket içerisinde üretim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalı. Miat teslim edildiği tarihten başlamalıdır.
10. Teklifle birlikte numune getirilecektir. Numune getirilmemişse değerlendirilmeyecektir.

Hansire
Nülifer Tokuşoğlu


Hansire
Renzel ERCEL
