



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

04/06/2020 13:57 - 52446582 - 949 - E.388



00118568814

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM HİDROJEN PEROKSİT İNDİKATÖRÜ ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 08/06/2020 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.
İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Mdr. Yrd.

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	HİDROJEN PEROKSİT CİHAZI BİYOLOJİK İNDİKATÖR	400	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA BOZDOĞAN

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden b8738828-b0f0-4550-aa2f-fbb757f4a615 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

HİDROJEN PEROKSİT BİYOLOJİK İNDİKATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Biyolojik İndikatör besi yerini içeren tüpler şeklinde olmalıdır.
2. Hidrojen Peroksit Biyolojik İndikatörü tüpü aşağıdaki elemanlardan oluşmalıdır.
3. Üzerinde İndikatörün Hidrojen Perokside maruz kaldığında renk değiştiren bir kimyasal İndikatör bulunan kapak.
4. Besi yeri (Soybean Casein Digest) içeren kolay kırılabilir bir ampul.
5. En az 1x 105 Bacillus Stearothemophilus moleküle edilmiş cam fiber spor strip.
6. Biyolojik indikatörler 24 saat içinde üremeyi göstermelidir.
7. Biyolojik indikatörler CE belgesine sahip olmalıdır.
8. Bu teknik şartnamedeki tüm maddeler belgelenmelidir.
9. Biyolojik İndikatör ile birlikte inkübatörü verilmeli, numune aşamasında inkübatör ile birlikte numune verilmelidir.

Gonca YAZICI
Sterilizasyon
Birim Sorumlusu

Remzi ERCEL
Alt