



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

26-06/2020 10:07 - 52446582 - 949 - E.443



00119691699

Sayı : 35277066-949

Konu : 2 KALEM PENS AMPERMETRE VE ANALOG ÖLÇÜ ALETİ ALIM İŞİ

### TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **01. / 07 / 2020 günü saat 14: 00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, Doğrudan Temin Birimine gönderilmesini rica ederim.

#### İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben **5 iş günü** içerisinde saat **08:30** ile **16:00** arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifler kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklif dikkate alınmayacaktır.
6. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
7. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
8. Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10. Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

Havva YÜKSEK

Hastane İdari Mali İşl. Müd. Yrd.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB/SUT/MARKA	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	PENS AMPERMETRE	3	ADET			
2	ANALOG ÖLÇÜ ALETİ	1	ADET			
<b>Toplam (KDV Hariçtir)</b>						

## PENS AMPERMETRE ÖLÇÜ ALETİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Temassız voltaj ölçüm dedektörü
2. Flaşlı olacak
3. 164 x 65 x 32 mm boyutlar da olacak
4. Kapaklı yapı olacak
5. Kauçuk koruma yapısı olacak
6. Eklenti olarak taşıma çantası, 2 adet AAA tipi 1,5V batarya olacak

### DİĞER ÖZELLİKLERİ

Nitelik				31	32	33
Dijital gösterim sayısı				2000	2000	2400
Açılabilir alt yapı				0.7"	0.7"	0.7"
Temassız voltaj dedektörü ve flaş				*	*	*
Temassız frekans ölçümü					*	*
AC/DC akım					*	*
AC/DC kaçak akım testi						*
Data tutma fonksiyonu				*	*	*
Maximum tutma fonksiyonu				*		
DCA sıfır fonksiyonu					*	*
Otomatik kapanma				*	*	*
Düşük pil göstergesi				*	*	*
Arkadan aydınlatmalı ekran					*	*
Teknik Özellikler						
Fonksiyon	Maximum aralık	doğruluk	Maximum çözünürlük	31	32	33
AC akım	2A 20A 80A 200A	±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%	1mA 10mA 100mA 100mA	* * *	*	* *
DC akım	2A 80A 200A	±0.5% ±0.5% ±0.5%	1mA 100mA 100mA		*	* *
Frekans	40-51 Hz 51-510Hz 0,51-1kHz	±0.5% ±0.5% ±0.5%	0.01Hz 0.1Hz 0.001Hz		* * *	
Temassız voltaj dedektörü: 100-600V AC						

Teknik Srv. Srm.

İsmet BİLECE



Teknik Servis Prr.

Burhan Deniz



**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU**  
**Kilis İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği**  
**Kilis Devlet Hastanesi**

**ANALOG MULTİMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- DC mA: 0.5/50/5000mA ölçüm aralığı olmalıdır.
- Voltaj AC: 10/50/250/1000V ölçüm aralığı olmalıdır.
- Voltaj DC: 0,5/50/250/1000V ölçüm aralığı olmalıdır.
- X1-X10-X100-X1K-X10K direnç ölçümü olmalıdır.
- Aynalı skala, Sesli süreklilik testi olmalıdır
- Darbelere karşı dayanıklı kasası olmalıdır
- Güç: 2x1.5V pil ile çalışmalıdır
- TSE ve CE belgeleri olmalıdır.
- Ürün 2 yıl garantili olmalıdır.

Teknik Serv. Sor.  
İsmet BİLGEÇEN



Teknik Serv. Prs.  
Burhan Demir

