



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

24/06/2020 15:14 - 52446582 - 949 - E.439



00119669939

Sayı : 35277066-949

Konu : HASTA KARYOLASI MOTOR KONTROL KARTI TAMİRİ İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (**03 / 07 / 2020**) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.

2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.

3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu

4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmiy)** gün içerisinde ödenecektir.

5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.

6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.

7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.

8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.

10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

Havva YÜKSEK

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	HASTA KARYOLASI ELEKTRONİK KART TAMİRİ	12	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 07f76ac6-aabd-4cbf-98d4-7f27ad554a23 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



KİLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KİLİS DEVLET HASTANESİ
BİYOMEDİKAL TEKNİK RAPORU



CİHAZ BİLGİLERİ

CIHAZIN ADI	HASTA KARYOLASI KONTROL KARTI (8 ADET)	
MARKASI VE MODELİ	MUKA	MKF-4350, MKF-4450
ARIZA BİLDİRİM TARİHİ	08.06.2020	
HİZMETE GİRDİĞİ TARİH	2014	
KÜNYE NO/EDİNİM FİYATI	1008723718,1008723719,1008723720,1008723721,1008723722,1008723811,1008723813,1008723814	
CIHAZ SERİ NO	-	
CIHAZ ÜZERİNDEKİ AVADANLIKLAR	-	
CIHAZIN ÇALIŞTIĞI BİRİM	GENEL YATAKLI SERVİSLER	

ARIZA BİLDİRİMİ YAPAN BİRİM

BİRİM SORUMLUSU	
-----------------	--

YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA RAPOR

YAPILAN İNCELEMELER KARYOLALARIN MOTOR KONTROL KARTLARININ ARIZALI OLDUĞU, KARTLARDA BULUNAN ELEKTRONİK KOMPANENTLERİN ZAMAN İÇİERSİNDE ÖZELLİĞİNİ KAYBETTİĞİ VE ARIZALANDIĞI OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR. YENİ MOTOR KONTROL KARTLARI MALİYETLİ OLDUĞUNDAN ARIZALI OLANLARIN ONARILMASI GEREKMEKTEDİR.

- 1- X
2- X
3- X

<input type="checkbox"/>	Arıza Yapıldı
<input type="checkbox"/>	Malzeme Talebi
<input checked="" type="checkbox"/>	Atolyede tamiri mümkün değil
<input type="checkbox"/>	Garanti kapsamında

Yılmaz YILDIZ
Biyomedikal Teknik Servis

Mecit BAYRAM
Biyomedikal Teknik Servis

Emin TIRYAKI
Biyomedikal Mühendisi