



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

06.07.2020 15:14 - 52446582 - 949 - E 464



00120519002

Sayı : 35277066-949

Konu : UV HAVA STERİLİZASYON CİHAZI ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **09.07/2020** günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi,Doğrudan Temin Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

MARKA/UBB KODU :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	UV HAVA STERİLİZASYON CİHAZI	2	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden c11ce331-0e82-4768-a04d-69816fd7bd45 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

DUVARA MONTE UV ARMATÜR (HAVA STERİLİZASYON ARMATÜRÜ) VE 30 WATT UV LAMBA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Ultra Viole (UV) Lamba 220 Volt-50 Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.
- 2.UV Lamba 254±5 nanometre dalga boyunda ışımaya yapan 30 W gücünde olmalıdır.
- 3.UV Lamba; armatürü, elektronik aksamı ile bir bütün olmalıdır.
- 4.Oda içi doğrudan hava ve dolaylı (indirekt) hava dezenfeksiyonu sağlanabilmelidir.
- 5.Uzun ömürlü (en az 8000 saat) UV-C tipi lamba olmalıdır.
- 6.Reflektörü üst hava dezenfeksiyonu sağlamaya yönelik, direkt ışımaya engel oluşturacak tarzda, cihazın altından ve yanlarından ışın sızmasına engel olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 7.Açma kapama düğmesi, lambanın yandığını gösteren ışıklı led olmalıdır.
- 8.Lamba yerden 210cm yukarıda duvara veya doğrudan tavana askı şeklinde ve oda içi en az 1,87 W/metre-kare etkinliğe sahip olacak şekilde monte edilmelidir.
- 9.En az 2 yıl garantisi, garanti belgesi ve Türkçe teknik özellikleri ilgili kataloğu bulunmalıdır
10. Cihaz poliklinik şartlarında kullanıma uygun olmalı, çalışan sağlığını korumaya yönelik lamba arkaları yansıma yapmayan malzeme ile kaplanmalıdır.
- 11.Ürünün montajı sırasında yüklenici firma tarafından lambaların güvenilirliği ve etkinliği UV-Metre ile ölçülerek teslim edilmelidir
13. UVC armatür ve UVC lambaların CE belgeleri sunulmalıdır.

Uzm. Dr. Ali Hakim REYHAN
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No. 155320

Op. Dr. Özgün OKTAY
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No. 165503
Kilis İl Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

Emin TIRYAKI
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi