



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ
16/07/2020 09:26 - 52446582 - 949 - E.494
00121154157

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM HASTABAŞI MONİTÖR SPO2 PROB ARA KABLOSU ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 21/07/2020 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilmeyen muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekûn/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

| TEKLİFLER | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------|-------|--------------------------|--------------|
| Sıra | Cinsi | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
| 1 | HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU SPO2 | 30 | ADET | | |
| | | | | TOPLAM(KDV HARİÇ) | |

Kilis Devlet Hastanesi
Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15
İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1
e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi


HASTABAŞI MONİTÖR SPO2 PROBU ARA KABLOSU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

A)KONU: Bu şartname Kilis Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakımda kullanılan Spacelabs marka 91390 qube model hastabaşı monitörlerde kullanılmak üzere alınacak olan Spo2 ara kablosu teknik özelliklerini içerir.

B)TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 1- Alınacak olan ara kablolar Spacelabs marka 91390 qube model hastabaşı monitörlere uyumlu olacaktır.
- 2- Ara kablonun boyu en az 1 metre olmalıdır.
- 3- Ara kablonun bir soketi cihaza uyumlu olacak 10 (on) pinli erkek soket , Spo2 probunun takılacağı soket 15 (onbeş) pinli dişi soket olacaktır.
- 4- Ara kablo; dezenfektan, alkol vs temizleyicilerle temizlenebilir ve yapıldığı malzeme bu temizlik ürünlerine karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5- Ürünün UBB/UTS kaydı olmalıdır. Kayıtlı olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 6- Verilen ürünler en az 6 (altı) ay garantili olacaktır.
- 7- Verilen ürünler cihaz üzerinde denenerek uygunluğuna karar verilecektir. Firmalardan teklif sırasında numune istenecektir.
- 8- Örnek teşkil etmesi amacıyla fotoğraf eklenmiştir.



Emir TIRYAKI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendis

Mustafa ÇZdemir
Mühürme
Aygün

Elif Suer
Mühürme