



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİM
12/08/2020 11:11 - 52446582 - 949 - E.537



00122739943

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM SPO2 PARMAK PROBU YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 17/08/2020 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	HASTABAŞI SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK	30	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

**PULSEOKSİMETRE CİHAZI SPO2 ÖLÇÜM PROBU
(PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK)
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

A)KONU: Kilis Devlet Hastanesi yatan hasta servisleri, acil, yoğun bakım ve KBRN vs birimlerinde kullanılan Bionics marka Palmcare model saturasyon cihazı için alınacak olan Spo2 probu teknik şartnamesidir.

B)TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Spo2 probu Bionics marka Palmcare model hastabaşı monitörüne uyumlu ve orijinal ambalajında olmalıdır.
2. Spo2 probu yetişkin hastalara uyumlu olmalıdır ve prob yumuşak yapıda olmalıdır.
3. Alınacak prob cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir. Firmalardan teklif sırasında numune istenecektir.
4. Prob; dezenfektan, alkol vs temizleyicilerle temizlenebilir ve yapıldığı malzeme bu temizlik ürünlerine karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Teklif edilen ürünün UBB /UTS kodu olmalıdır.

Emir TIRYAKI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi

Süleyman FERMANCI
Kilis Devlet Hastanesi
Biyomedikal Depo Birimi
Tıbbi Sekreter