



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ  
12.08/2020 11:12 - 52446582 - 949 - E.540  
00122739016

Sayı : 35277066-949

Konu : OKSİJEN TÜPÜ (10 LT) ALIM İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

17/08/2020 Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 17/08/2020 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, Doğrudan Temin Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.  
İrfan KÜÇÜKOĞLU  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

MARKA/UBB KODU :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	10 LT OKSİJEN TÜPÜ	20	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

5 gün içerisinde teslim edemeyeceğiniz ürünler için lütfen teklif vermeyiniz.

Kilis Devlet Hastanesi  
Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15  
İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1  
e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)

## 10 LT OKSİJEN TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

### A. KONU

Bu teknik şartname hastanemiz için alınacak olan 10lt hacimli oksijen tüpü teknik özelliklerini kapsar.

### B. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1) Tüpler 99/36/AT Avrupa Taşınabilir Kaplar direktifine uygun olacak şekilde markalanacak yani üzerinde “Pİ” işareti olacaktır.
- 2) Yekpare ve kaynaksız çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- 3) Tüpler standardına uygun renge boyanmış olacaktır. TS EN ISO 9809-2:2019’a göre düzenlenmiş olacaktır.
- 4) Oksijen tüpü Türkiye’deki dolun tesislerinde doldurulabilir olacaktır.
- 5) Tüp iç hacmi 10 lt olacaktır.
- 6) Tüplerin üzerindeki boyun bilezikleri TS EN ISO 9809-1:2019’a uygun olacaktır.
- 7) Tüplerin taşınması sırasında zarar görmemesi için koruyucu kapak standart olarak verilecektir.
- 8) Tüplerin taban şekli TS EN ISO 9809-1:2019’a taban ölçülerine uygun ve tek başına ayakta durabilecek şekilde imal edilecektir.
- 9) Alınacak olan tüpler dolun tesislerinde başka firmalara ait tüplerle karışmasını engellemek amacıyla satın alınacak tüm tüplerde rahat görülebilecek şekilde “KİLİS DEVLET HASTANESİ” ve “SOLUNABİLİR O2” yazısı boya ile yazılmış olacaktır.

### C. DİĞER ÖZELLİKLER

- 1) Tüpler atmosferik tesirlerden gerektiği gibi korunmuş, eskime veya benzeri sebeplerden dolayı görev yapamaz durumda olmayacak, tüplerin tamamı yeni ve kullanılmamış olacaktır.
- 2) Tüpler boş, vanalı, kapaklı ve filesi takılmış vaziyette idarenin göstereceği yere teslim edilecektir.
- 3) Teslim edilen partiye ait seri numarası esasına göre hazırlanmış uygunluk beyanı, ürünlerle beraber teslim edilecektir.
- 4) Tüpler kullanılmamış sıfır olarak teslim edilecektir. Herhangi bir korozyon, paslanma belirtisi olmayacaktır.
- 5) Bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlarla ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

  
Emir TIRYAKI  
KİLİS DEVLET HASTANESİ  
Biyomedikal Mühendisi

  
Süleyman FERMANCI  
Kilis Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Depo Birimi  
Tıbbi Sekreter

6) Boyası ve renk şeridi tüpler standardında belirtilen renkte boyanacaktır.

Tüplerin üzerinde olması gereken ibareler:

- STANDART NUMARASI
- İMALATÇI FİRMA
- TÜP SERİ NUMARASI
- DENEY BASINCI
- GAZ CİNSİ
- BOŞ AĞIRLIK
- SU KAPASİTESİ (LİTRE)
- ÇALIŞMA BASINCI
- Pİ İŞARETİ

  
Emin TIRYAKI  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Biyomedikal Mühendisi

  
Süleyman FERMANCI  
Kilis Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Deney Birimi  
Tıbbi Sekreter