



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

12/08/2020 11:10 - 52446582 - 949 - E 534



00122746084

Sayı : 35277066-949

Konu : HOLMIUM LAZER CİHAZI ARIZASI TAMİRİ İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (18 / 08 / 2020) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmiy) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	HOLMIUM LAZER CİHAZI ARIZASI	1	ADET		
QUANTO marka LITHO model			TOPLAM(KDV HARİÇ)		

Detaylı Bilgi için Emin TIRYAKI Tel: 0530 079 24 16

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 22802ac3-ef2f-4e70-a869-4fc49b60ca76 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



KILIS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KILIS DEVLET HASTANESİ
BİYOMEDİKAL TEKNİK RAPORU



CİHAZ BİLGİLERİ

CİHAZIN ADI	HOLMIUM LAZER CİHAZI (ÜROLOJİ TAŞ KIRMA)	
MARKASI VE MODELİ	QUANTO	LITHO
ARIZA BİLDİRİM TARİHİ	29.07.2020	
HİZMETE GİRDİĞİ TARİH	2014	
KÜNYE NO/EDİNİM FİYATI	1008609937	
CİHAZ SERİ NO	-	
CİHAZ ÜZERİNDEKİ AVADANLIKLAR	PEDAL, FİBER	
CİHAZIN ÇALIŞTIĞI BİRİM	AMELİYATHANE / ÜROLOJİ	

ARIZA BİLDİRİMİ YAPAN BİRİM

BİRİM SORUMLUSU

Süleyman Kalyon

YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA RAPOR

YAPILAN İNCELEMELER SONUCUNDACİHAZIN FİBER UÇLARI YAKTIĞI , BLAST SHIELD PARÇASININ YANDIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR. CİHAZIN BLAST SHIELD IN VE DEİYONİZE WATER DEĞİŞİMİ YAPILMASI, GENEL BAKIM/ TEST VE KONTROLLERİNİN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. (EN SON BAKIMLAR 09.2018 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.)

değişimleri yapıl dükten sonra genel kontrol yapıldı. Blast shield ve deiyonize water aynı (oc-ite) değişimleri yapılması gerekli temel de idi.

- 1- KUMANDA ARA KABLOSU
- 2- X
- 3- X

<input type="checkbox"/>	Arıza Yapıldı
<input checked="" type="checkbox"/>	Malzeme Talebi
<input checked="" type="checkbox"/>	Atölyede tamiri mümkün değil
<input type="checkbox"/>	Garanti kapsamında

Emin TIRYAKI
Biyomedikal Mühendis