



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ
25/08/2020 10:26 - 52446582 - 949 - E 563
00123529698

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM VÜCUT ANALİZ CİHAZI ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 28/08/2020 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

| TEKLİFLER | | | | | |
|-----------|---------------------|--------|-------------------|-------------|--------------|
| Sıra | Cinsi | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
| 1 | VÜCUT ANALİZ CİHAZI | 1 | ADET | | |
| | | | TOPLAM(KDV HARİÇ) | | |

Kilis Devlet Hastanesi
Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15
İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1
e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com


KİLİS DEVLET HASTANESİ

VÜCUT ANALİZ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ✓ Cihaz toplam vücut ağırlığını (kg) ölçmelidir.
- ✓ Cihaz vücut kitle indeksini (kg/boy²) ölçmelidir.
- ✓ Cihaz bazal metabolizma hızını (kcal) ölçmelidir.
- ✓ Cihaz segmental analiz yapmalıdır.
- ✓ Cihaz toplam vücut yağ kütle(kg) ve yüzdesini(%) ölçmelidir.
- ✓ Cihaz toplam vücut kas kütle(kg) ölçmelidir.
- ✓ Cihaz toplam vücut kemik mineral ağırlığını (kg) ölçmelidir.
- ✓ Cihaz iç yağlanma alanını (visceral fat area) ölçmelidir.
- ✓ Cihaz iç organlar yağlanma derecesini ölçebilmelidir.
- ✓ Cihaz bel ve kalça oranını ölçmelidir.
- ✓ Cihaz obezite derecesini ölçmelidir.
- ✓ Cihaz toplam vücut sıvısını, olması gereken range değerleri ile birlikte vermelidir.
- ✓ Cihaz ileri bia teknolojisine sahip olmalıdır.
- ✓ Cihaz multifrekans sistemine sahip olmalıdır ve en az üç farklı frekans ile ölçüm yapmalıdır.
- ✓ Cihaz yaşa ve cinsiyete göre ayrı standartlarda ölçüm yapabilmelidir.
- ✓ Cihaz verileri software programına bluetooth ile kablosuz göndermeli ve hafızasında saklayabilmelidir. Software programı Türkçe olmalıdır.
- ✓ Cihazın software programı orijinal ürün programı olmalı(üretici firmanın yazılımı) ve içeriği değiştirilmemiş, sadece cihazdan gelen veriyi raporlamalıdır.
- ✓ Cihaz software programı ile hasta kişisel bilgileri takibi, tartım bilgileri takibi yapabilmelidir. Program geçmişe yönelik bilgileri göstermeli ve her defasında raporlayabilmelidir. A4 kağıda raporlardan çıktı alabilmelidir. Programda hasta bilgileri ayrıca bilgisayara yedeklenebilmelidir.
- ✓ Cihaza 95-220 cm aralığında boy girişi yapılabilirdir
- ✓ Cihaz vücut tipini (BMI ve vücut yağ yüzdesine dayanarak; hafif obez, atletik şekil, obezite, kas şekli, ortalama, slim) verebilmelidir.
- ✓ Cihaz toplam vücut sıvı kütle(kg) (TBW), hücre dışı sıvı (ECW), hücre içi sıvı (ICW) ve ödemi (ECW/TBW) verebilmelidir.
- ✓ Cihaz yaklaşık 1 dak. (maksimum süre) içerisinde doğru ölçüm verebilmeli, 5-99 yaş aralığında ölçüm yapabilmelidir.
- ✓ Cihaz analiz sonuçlarını pc ye bağlı bir yazıcı vasıtası ile çıktı verebilmelidir.
- ✓ Cihazın 250 kg ağırlık tartım kapasitesi olmalıdır.



- ✓ Cihaz 5-99 yaş aralığını ölçmelidir
- ✓ Cihaz persantil eğrisini verebilmelidir.
- ✓ Cihazın ağırlık ve empedans kalibrasyonu yapılabilir. Gerektiğinde Kalibrasyon Sertifikası düzenlenebilir.

Emine NACAROĞLU
KDH - Diyetisyen


Merve UYSAL
Diyetisyen
