



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRLİMİ

24.08.2020 16:10 - 52446582 - 949 - E 556



00123509645

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM OTOMATİK EKARTÖR ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **28.08.2020** günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekûn/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	OTOMATİK EKARTÖR	1	ADET		
			TOPLAM(KDV HARİÇ)		

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

MASAYA MONTE RETRAKTOR (EKARTOR) SETİ...1 ADET

Teknik Özellikler

1-) Ekartör, Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiş Olacaktır. İmalat Veya Tıbbi Nedenler İle Tamamı Veya Bir Kısmı Paslanmaz Çelik Dışında Diğer Materyallerden Üretilmiş Cerrahi Aletlerin Teklif Cetvelinde Belirtilmesi Zorunludur.

2-) Ekartör Üzerinde Üretici Fabrikanın Adı, Aletin Katalog Numarası, İmal Edildiği Ülke Ve Ce İşareti İle Paslanmaz Çelikten Olanlar Üzerinde De "Stainless" İbaresini Lock Ok İşareti Ve Malleable gibi Yönlendirici ve belirleyici

İşaretler Silinmeyecek Şekilde Yazılı Olacaktır

3-) Cerrahi Aletler Korozyon Testi Açısından Kaynatma Ve Buharlı Otoklavda Sterilizasyona Dayanıklı Olacaktır

4-) Malzemelerin Polijajı Düzgün Ve Pürüzsüz Olmalıdır. Tavan Lambası Veya Parlak Işık Altında Gözü Alacak Şekilde

Parlayan Maddeden İmal Edilmiş Olmayacaktır.

5-) Cerrahi Aletlerin Fonksiyonları Gereği Bulunması Gerekenlerin Dışında Keskin Kenar Bulunmamalıdır.

6-) Ekartör Malleable Bleytlere Kuvvet Uygulandığında Ortaya Çıkan Bükülme Direncine Ve Kuvvet Azaldığında

Bleytlerin İlk Pozisyona Dönmesini Sağlayan "Elastiki Yapıya" Sahip Olmalıdır.

7-) Cerrahi Aletler Yeni ve Orijinal Ambalajlarında Olmalı

Ekartör Parçaları Ve Genel Özellikleri

* 2 ADET OLDER GENERATION ELITE RAIL CLAPS

* 1 ADET OLDER GENERATION BILATERAL CROSSBARS

*1 ADET CAM II CLIP-ON HANDLES

*2 ADET MIKRO -ADJUSTABLE II HANDLES

*1 ADET BLEYD 19MM X 25 MM

*1 ADET BLEYD 19 MM X51 MM

*2 ADET BALFOUR CENTER BLEYD 32 MM X 32 MM

*2 ADET BALFOUR CENTER BLEYD 51 MM X 54 MM

TESLİMAT VE GARANTİ ŞARTLARI

Op. Dr. Mehmet Ali MELİK
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tesc.: 132081

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Devlet Hastanesi
Op. Dr. Burak GÜNEY
Genel Cerrahi Uzmanı
Uzmanlık No : 136381

01. Cerrahi Aletler Fabrikasyon Ve İşçilik Ve Malzeme Hatalarına Karşı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Ve Bu

Kanunla İlgili Yönetmelik Ve Mevzuatlarda Zorunlu Olduğu Şekilde En az 2 Yıl Garantili Olacaktır. 2 Yıl Sonunda Ücreti

karşılığı 10 yıl Yedek Parça ve Servis Hizmeti Vereceklerdir Garanti Üretici Fabrika Ve İthalatçı Ve Satıcı İstekli Firmalar Tarafından Ayrı Verilecektir.

A) Garanti Süresi İçinde Kullanım Ve Bakım Ve Sterilizasyon Hataları Hariç, Bozulan Aletler Yenisi İle Değiştirilecek, Tamiri

Cihetine Gidilmeyecektir

B) Üretici Fabrikanın Türkiye Mümessilliği Veya Temsilciliğinde Değişiklik Olması Halinde, Atanacak Yeni Mümessil Veya

Temsilci De Aynı Garantileri Üstlenecektir.

02. Yerli Üretimlerde Üretici Firmanın, İthal Ürünlerde İse İthalatçı Firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Ve ISO 9001-

2008 ve Marka Tescil Belgelerini teklif Dosyası içerisinde vereceklerdir

03. İstekliler Teklif Dosyaları İçinde Teklif Ettikleri Cerrahi Aletlerden Garanti Süresi İçerisinde Bozulan, Kırılan, Korozyona

Uğrayan Aletlerin 45 Gün İçerisinde Yenileri İle Değiştirilecektir.

04. İstekli Firma Teklif Ettiği Marka Ve Ürüne Ait Bakım, Saklama Ve Sterilizasyon Bilgilerini İçeren Türkçe Kullanım

Kılavuzunu İhale Dosyası İçerisinde Verecektir.

05. İstekli Firmalar İhale Uhdelerinde Kalması Durumunda Teslim Edecekleri Ürünlerin Verimliliğini Arttırmak Amacı İle İdaremizin Muayene Ve Kabul İşlemleri Sırasında Belirleyeceği En Az İki Personele Bir Gün Süre İle Kullanım Öncesi Ve Sonrası Bakım Hakkında Eğitim Verecektir

Op. Dr. Mehmet Ali MELİK
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tesc.: 132081

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
(Kilis Devlet Hastanesi)
Op. Dr. Burak GÜNEY
Genel Cerrahi Uzmanı
Uzmanlık No : 136381