



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATENALMA  
BİRİMİ

28/08 2020 14-51 - 52446582 - 949 - E 571



00123821726

Sayı : 35277066-949

Konu : 2 KALEM DEFİBRİLATÖR VE EKG BATARYASI ALIM İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 01/09/2020 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yokün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

**İrfan KÜÇÜKOĞLU**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	DEFİBRİLLATÖR BATARYASI	1	ADET		
2	EKG (ELEKTRO KARDİYO GRAFI) CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA	2	ADET		
TOPLAM(KDV HARİÇ)					

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)

## DEFİBRİLLATÖR BATARYASI

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

**A)KONU:** Kilis Devlet Hastanesi depoda bulunan 1008502792 künnye numaralı Mindray marka BeneHeart D6 model Defibrillatör cihazı için alınacak olan batarya teknik şartnamesidir.

#### B)TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Batarya Li-ion tip 14.8Volt, 4500 mAh değerinde olmalıdır.
2. Batarya paket halinde olmalı, üzerinde teknik özellikler, marka, model, seri no vs yazmalıdır.
3. Batarya üzerinde doluluk oranını gösteren led gösterge olmalıdır.
4. **Batarya Mindray marka BeneHeart D6 model cihaza tam uyumlu olmalıdır.**
5. Ürün gelen cihaz üzerinde denendikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.

Emin TIRYAKI  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Biyomedikal Mühendisi



## EKG BATARYASI

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

A)KONU: Kilis Devlet Hastanesi A blok çocuk servisinde kullanılan 1008502976 künnye numaralı Nihon Kohden marka ECG-1250K model EKG cihazı için alınacak olan batarya teknik şartnamesidir.

#### B)TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Batarya Ni-Mh 12Volt, 1950 mAh değerinde olmalıdır.
2. Batarya soketi Nihon kohden marka ECG-1250k model cihaza birebir uyumlu olmalıdır.
3. Ürün gelen cihaz üzerinde denendikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.

  
Emin TIRYAKI  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Biyomedikal Mühendisi

  
Mehmet HIZSUZÖĞLU  
Mühendis