



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ  
31.08/2020 15:16 - 52446582 - 949 - E.577  
00123927844

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM VENTİLATÖR CİHAZI SELENOİD (MİKSER) VALF ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 02/09/2020 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilmesi muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekûn/kismi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	VENTİLATÖR HAVA OKSİJEN KARIŞTIR (SELENOİD VALFİ)	8	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)




## VENTİLATÖR CİHAZI MİKSER VALFİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

### A- KONU:

Bu teknik şartname Kilis Devlet Hastanesi Yoğun Bakımda kullanılan Hamilton marka Galileo ventilatör cihazlarına ait selenoid valf teknik özelliklerini kapsar.

### B- TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 1- Selenoid valf Hamilton marka Galileo model ventilatör cihazlarına birebir uyumlu olmalıdır.
- 2- Selenoid valf 12V voltajla çalışmalı ve 2W gücünde olmalıdır.
- 3- Ürünün kodu 01-312E-06-HP olmalıdır.
- 4- Ürün L tipte olmalıdır.
- 5- Ürün cihaza takıldığında herhangi bir fonksiyon kaybına yol açmamalı sistem düzgün çalışmalıdır.
- 6- Ürün cihaz üzerinde denenip uygunluğuna karar verilecektir.
- 7- Örnek teşkil etmesi amacıyla ürünün görseli eklenmiştir.



Emir TIRYAKI  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Biyomedikal Müdürlüğü