



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

03/09/2020 08:39 - 52446582 - 949 - E 585



00124129315

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM ETİKET TABANCASI ALIMI İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 10.09 /2020 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ETİKET TABANCASI (STERİLİZASYON İÇİN)	2	ADET		
			TOPLAM(KDV HARİÇ)		

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Buhar İndikatörlü Etiket ve Etiket Tabancası Teknik Şartnamesi

1. Etiketler ISO 11140 CLASS 1 Standardına uygun olmalıdır ve bu standart etiket üzerinde yazılı olmalıdır.
2. Etiket üzerinde referans renk yazılı olmalıdır.
3. Etiket üzerinde buhar indikatörü bulunmalı, işlem görmüş indikatörde renk değişikliği belirgin olmalıdır, kullanıcıyı yanıltmamalıdır.
4. İndikatör renk değişikliği en az 6 ay sabit kalmalıdır.
5. Etiketlerin üzerine operatör adı, sterilizatör numarası, çevrim numarası, malzemelerin ait olduğu bölüm kodu, üretim ve son kullanma tarihi yazılabilmeli için 3 ayrı hane bulunmalıdır.
6. Etiket boyutu 24mm x 26mm olmalıdır.
7. Etiketler üç satırlı, çift yapışkanlı olmalıdır. Yapışkanlıklarını sterilizasyon boyunca ve sonrası da devam ettirebilmelidir.
8. Etiketler takılmadan düzgün şekilde yapıştırılmalı, yapıştırıldıkları yüzeyde atık bırakmamalı, işlem sonrası deforme olmamalıdır. Etiket, cihazına kolayca takılabilmelidir.
9. Etiketler yazıcıdan geçerken her baskıda aynı mesafede ilerlemeli, yazıcıdan kaydırma ve tutukluk yapmamalıdır.
10. Çift katlı etiketin pakette kalacak olan alt tabakasının hasta kartına kolay transferi için etiketten büyük olmalıdır.
11. Normal oda koşullarında (15-30°C, %35-60 nem) saklanabilmelidir.
12. Alınan her 70 rulo etiketle birlikte 1 adet etiket tabancası verilecektir. Tabancanın kullanım sırasında oluşabilecek arıza, bozulması vb. durumlarda firma yedek tabanca temin etmelidir.
13. Makine 3 satıra baskı yapabilmelidir.
14. Makinenin 1. Satırında ilk iki hane alfabe içermelidir. Harf dizilimi makinenin üzerinde bulunmalıdır.
15. Makinenin 2. Ve 3. Satırında üretim ve son kullanma rakam ile gün/ay/yıl yazılabilmelidir.
16. Yazı haneleri çevirme sureti ile ayarlanmalıdır.
17. Tabanca kartuşu ile birlikte teslim edilmelidir.
18. Her bir rulonun üstünde lot numarası ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
19. Teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

Henzi
Henzi ELCEL


06.08.2020
Gonca YAZICI
Sterilizasyon
Birim Sorumlusu
