T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA BİRİMİ
07/09/2020 11:39 - 52446582 - 949 - E.596
00124356478

Sayı : 35277066-949
Konu : 10 ADET YENİDOĞAN KÜVÖZ PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **11.. /09 / 2020 günü saat 14: 00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, Doğrudan Temin Birimine gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020/2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) iş günü içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya ***kilisdevlethastanesi@gmail.com*** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine ***http://kilisism.saglik.gov.tr*** web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.
8. Söz konusu alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.

e-imzalıdır.
İrfan KÜÇÜKOĞLU
Hastane İdari Mali İşl. Müd.Yrd.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB/SUT/MARKA	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	10 Adet Yenidoğan Küvöz Bakım Onarımı (3 Ayda 1 Bakım, Yılda 4 Bakım) ***Yedek Parça Hariç***	4	Bakım			
					Toplam (KDV Hariçtir)	

Klilis Devlet Hastanesi – Doğrudan Temin Birimi
Tel: 0348 822 11 11 Dahili: 1872 Faks: 0348 814 10 15
İrt: HAKAN BOZOĞLU
Abdullah Gül Bulv.Çevre Yolu Üzeri, Merkez/Kilis
e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden c95cb466-7a92-44d9-91a8-309ef4717931 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

TC
SAĞLIK BAKANLIĞI
KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KİLİS DEVLET HASTANESİ

KONU: Bu teknik şartname, Yenidoğan Yoğun Bakım biriminde kullanılmakta olan ve aşağıda bilgileri bulunan Küvözlerin ***yedek parça hariç periyodik bakım-onarım*** teknik özellikleri ile ilgili hususları konu alır.

NO	CİHAZ	MARKA	MODEL	SERİ NO	KÜNYE NO
1	KÜVÖZ	ERTUNÇ ÖZCAN	BABYNEST I-700	IBNI 2612.12.14	1008925393
2	KÜVÖZ	ERTUNÇ ÖZCAN	BABYNEST I-700	IBNI.2609.12.14	1008925390
3	KÜVÖZ	ERTUNÇ ÖZCAN	BABYNEST I-700	IBNI.2616.12.14	1008925387
4	KÜVÖZ	ERTUNÇ ÖZCAN	BABYNEST I-700	KV7007278-1754	1008586774
5	KÜVÖZ	ERTUNÇ ÖZCAN	BABYNEST I-700	IBNI.2607.12.14	1008925386
6	KÜVÖZ	ERTUNÇ ÖZCAN	BABYNEST I-700	KV7007278-1767	1008586771
7	KÜVÖZ	ERTUNÇ ÖZCAN	BABYNEST I-700	KV7007278-1740	1008586772
8	KÜVÖZ	ERTUNÇ ÖZCAN	BABYNEST I-700	IBNI.2618.12.14	1008925389
9	TRANSPORT KÜVÖZ	FANEM	IT-158TS	-	1011558440
10	TRANSPORT KÜVÖZ	DAVİD MEDİCAL	TI-2000	06060369	1008585653

GENEL İSTEK VE KURALLAR

1. Firma cihazın yedek parça hariç muayene, kalibrasyon, bakım onarım işlerini sözleşme süresi boyunca ifa edecektir.
2. Verilen Teknik Servis Hizmetleri sonucunda, cihazda tespit edilmiş ve onaylanmış olan arızalar ile sorunlar giderilecek ve cihaz çalışır durumda teslim edilecektir.
3. Cihazda kullanılan yazılımlarla ilgili sorun olması durumunda, yazılımlarda meydana gelen hataların düzeltilmesi Yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.
4. Bakım, onarım, test, kontrol, ayar ve benzeri işlemler cihazın üretici firma teknik dokümanlarına uygun olarak yapılacaktır.
5. Teknik servis hizmeti esnasında yüklenici tarafından cihazda bulunan hasta, sistem ve kullanıcı güvenliği ile ilgili koruma ve uyarı amaçlı etiket, ışık, ses ve benzeri görsel ve/veya işitsel uyarıcıların hiçbiri devre dışı bırakılmayacaktır. Bu kuralın göz önünde bulundurulmaması sonucu ortaya çıkabilecek zarar, kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

Sibel CANBAL
Yenidoğan Yoğun Bakım
Sorumlu Hemşiresi

Uzm.Dr. Gökhan Burak DÖKE
Dahiliye Uzmanı
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Kilis Devlet Hastanesi

Emin TİRYAKİ
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi

6. Yüklenici; bakım ve onarım esnasında yüklenici teknisyeninin iş güvenliğini sağlamak zorundadır. Bakım onarım esnasında olabilecek her türlü iş kazalarında tüm kanuni sorumluluk ve doğabilecek tazminatlar yükleniciye ait olacaktır. Ayrıca bakım onarım esnasında yüklenici teknisyeninin yanlış ve ihmalkârlığından veya kasti hatalı müdahalesi sonucu meydana gelen hata veya arızanın neden olduğu zarar, ziyan, kaza veya yaralanmadan ve iş kaybından yüklenici sorumlu olacaktır.
7. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Yüklenicinin bu tedbirleri almamasından dolayı oluşacak her türlü zarar yükleniciye ait olup idare hiçbir sorumluluk taşımayacaktır.
8. Teknik servis hizmetleri sırasında cihazda meydana gelebilecek zarar, kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. Hizmet sözleşmesi süresince meydana gelebilecek arızalar için herhangi bir servis ücreti talep edilmez.
9. Teknik servis hizmetleri sırasında fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde teknik servis işlem bitmemiş sayılacaktır.
10. Teknik servis hizmetleri sonunda, yüklenici tarafından Teknik Hizmetler Formu (Arıza tespit, onarım periyodik bakım v.b) (3) üç nüsha düzenlenerek, cihazın teknik değerlendirmesi yapılacaktır. Hazırlanan Teknik Hizmetler Formu, Kurum kullanıcı personeli ve teknik personel tarafından imzalanarak bir nüshası kullanıcıya bir nüshası idareye teslim edilecektir.

BİLDİRİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ

1. Cihazlarda önceden planlanan bakım zamanlarında ortaya çıkmayan arızalar meydana gelmesi halinde kurum yetkilisi, sözleşme esnasında yüklenici tarafından bildirilen telefon, faks veya e-posta adresine bilgilendirme yapacaktır. Bilgilendirme tarih ve saati olarak kurum kayıtları esas alınır.
2. Cihazda meydana gelen herhangi bir arıza durumunda birim tarafından firmaya telefon, fax veya email olarak bildirdikten sonra firma en geç 48 (kırk sekiz) saat içerisinde müdahale edecektir. Parça gerektirmeyen durumlarda cihaz en geç 5 (beş) iş günü içerisinde arıza giderilecektir. Parça gereksinimi olduğu takdirde idarenin parçayı temininden itibaren en geç 3 gün içerisinde sistem çalışır halde teslim edilmelidir.
3. Arızanın özelliğine bağlı olarak, cihazın yüklenici işyerine gönderilmesi gerektiği hallerde, kurum idaresinin yazılı onayını müteakiben cihaz en geç 2 (iki) işgünü içerisinde sevk edilecektir. Cihazın sevkiyatı ile ilgili her türlü masraf, her türlü zarar ve benzeri giderler yüklenici tarafından idareye tazmin edilecektir ve sorumluluk Yükleniciye aittir.
4. Cihazların onarım tamamlandıktan sonra cihazın doğru çalıştığını gösterir şekilde gerekli kalite kontrol testleri yapılacaktır.
5. Bakım süresi boyunca cihazın çalışma süresi en az %95 up-time (cihaz aktif faaliyet süresi) olacaktır. Bu sürenin aşılması durumunda uygulanacak cezai yaptırımlar sözleşmede yer almaktadır.

Sibel CANBAZ
Yeniden Yoğun Bakım
Sorumlu Hemşiresi

Emin TERYAKİ
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi

BAKIM HİZMETİNİN İÇERİĞİ

1. Bakım hizmeti, Hastane idaresi ve yüklenicinin birlikte belirleyeceği tarih, gün ve saatlerde yapılacaktır.
2. Cihazların fonksiyonel kontrol kısımlarının genel temizliği, bakımlar sırasında yapılacaktır.
3. Bakım Hizmeti kapsamında aşağıdaki işlemlerde yapılacaktır.

- Elektriksel güvenlik Kontrolü (Şebeke Besleme gerilimi, Topraklama bağlantıları)
- Mekanik Güvenliği Kontrolü (Hareketli aksam kontrolü)
- Sistem Modül Kontrolü (Tuşlar, Ekran vs)
- Yazılım ve Donanım (Bütün yazılım ve donanım kontrolü)
- Hava filtresi değişimi (her bakımda toz/hava filtresi 1 adet firma tarafından ücretsiz değiştirilecektir.)
- Kontrol, Ayar Tuşları ve anahtarlarının doğru işlevi yerine getirmesinin kontrolü
- Cihaz üzerindeki görsel displaylerin kontrolü
- Mekanik aksamların kontrolü
- Dışarıda kalan kabloların korumalarının kontrolleri
- Cihazın sıcaklık/nem sensörlerinin doğruluğu ve kontrolü
- Rezistans ve nemlendirici ünite kontrolü
- Kapak ve kilit mekanizmalarının kontrolü
- Sensörler ve kablolarının – soketlerinin kontrolleri
- Cihazın sesli ve görsel alarmlarının sağlamlığı ve kontrolü
- Cihazın yüksek sıcaklık ve nem seviyelerinde hastayı korumak amaçlı otomatik kapanma işlevlerinin kontrolü
- Transport küvözler için yukarıdaki kontrollerle birlikte batarya ve şarj modülü kontrolü
- Yukarıda geçen kontroller yapıldıktan sonra yapılan kontroller sonucunda cihazda herhangi bir aksaklık, arıza vs durumlar servis raporlarında belirtilecek ve birim çalışanları bu konuda uyarılacaktır.

YÜKLENİCİNİN TEKNİK YETERLİLİĞİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Bu şartname kapsamında yapılması öngörülen hizmetler, firmanın kalifiye personeli veya tayin edilmiş temsilcileri tarafından yapılacaktır.
2. Sözleşme süresince yüklenici; bu teknik altyapısını (SGK kayıtları, eğitim belgeleri, diploma ve benzeri) teklif dosyasında belgeleyecektir.
3. Yüklenici, teknik personelinin teklif verilen cihazlar için aldığı eğitim sertifikalarını teklif dosyasında sunacaktır.
4. Cihazların test ve kontrollerini yapmak için kullanılan smilatör/test/fantom/kalibratör gibi cihazların güncel kalibrasyonlu olması gerekmektedir. Sertifikalar iş başlamadan önce idareye sunulacaktır.

4. Yüklenici, cihazların bakım ve arıza giderilme işini alt yüklenicilere yaptıramaz. Bakım –onarım yapacak olan yüklenici firma TS 13703 veya TS 12426 hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve "Ürün/Hizmet/Laboratuvar Kapsamı" altında belirtilen içeriğe uygun olmalıdır. Ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 2019/1 genelgesi gereği bakım-onarım yapacak firma ve personellerin ÜTS kayıtları olmak zorundadır. Bu belgeler ihale dosyasında sunacaktır.

Emin TİRYAKİ
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi