



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ
11/09/2020 09:48 - 52446582 - 949 - E.608



00124691411

Sayı : 35277066-949

Konu : 2 KALEM HASTABAŞI MONİTÖR ARA KABLO VE EKG KABLOSU ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 15.09/2020 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekûn/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU SPO2	7	ADET		
2	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU EKG	7	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili: 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

TIBBİ MONİTÖR SPO2 ARA KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

A)KONU: Bu şartname Kilis Devlet Hastanesi Covid Yoğun bakımda kullanılan Philips marka MX550 model hastabaşı monitörler için alınacak olan SPO2 ara kablo teknik özelliklerini içerir.

B)TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Ara kablolar Philips marka MX550 model hastabaşı monitörler için uyumlu olmalıdır.
2. Ara kablolar tek kullanımlık ve çok kullanımlık masimo spo2 problemleri için uyumlu olmalıdır.
3. Ara kablolar en az 1 metre uzunluğundan olmalıdır.
4. Ürünler numune üzerinden denenip uygunluğuna karar verilecektir.

TIBBİ MONİTÖR EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

A)KONU: Bu şartname Kilis Devlet Hastanesi Covid Yoğun bakımda kullanılan Philips marka MX550 model hastabaşı monitörler için alınacak olan EKG kablosu teknik özelliklerini içerir.

B)TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. EKG kabloları Philips marka MX550 model hastabaşı monitörler için uyumlu olmalıdır.
2. EKG kabloları Grabber uçlu olacaktır.
3. EKG kabloları 5 lead olacaktır.
4. EKG kablosunun uzunluğu en az 2 metre olmalıdır.
5. Ürünler numune üzerinden denenip uygunluğuna karar verilecektir.

Emin TIRYAKI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi

Jelma TEMUROĞLU

Sikron Sağlık