



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

21/09/2020 09:56 - 52446582 - 949 - E.639



00125227676

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 Kalem Kalıcı Diyaliz Katateri Alımı İşi

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (**23 / 09 / 2020**) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.

2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.

3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu

4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120 (Yüzyirmiy)** gün içerisinde ödenecektir.

5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.

6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.

7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.

8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.

10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka / Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	KALICI DİYALİZ KATATERİ	10	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

ERİŞKİN TİPİ KALICI HEMODİYALİZ KATETER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Kateter radyopak olmalıdır.
- 2- Kateter malzemesi biofilex, poliüreten veya carbothan olmalıdır. Kateter vücut ısısında yumuşayarak travmaya yol açmamalı, biyouyumlu olmalı, güçlü kopma direnci olmalı ve trombüs oluşumuna direnç göstermelidir.
- 3- Kateter tek kullanımlık, steril ve nonpirojenik olmalıdır.
- 4- Kateter hemodiyaliz amaçlı uzun süreli damar yolu sağlamak için internal jugular vene uygulanabilir olmalıdır.
- 5- Kateter 14-15 F arası kalınlıkta ve toplam uzunluğu 23 cm ve 28 cm olmalıdır.
- 6- Kateterde lümeni kapatmak amaçlı turnaklı klemler bulunmalıdır.
- 7- Kateter üzerinde cilt altı sabitlemeyi sağlamak ve enfeksiyonlara karşı bariyer oluşturması amacıyla 1 adet cuff bulunmalıdır.
- 8- Kateter uzatmaları üzerinde priming hacim işaretleri bulunmalıdır.
- 9- Kateter alkol veya iyot tabanlı dezenfektanlar kullanıldığında zedelenmemelidir.
- 10- Kateter set içeriği:
 - 1 adet çift lümenli kateter
 - 1 adet 0,035"x50-70 cm j flex guidewire
 - 1 adet 18 Gaseldinger iğne
 - 2 adet uygun ölçüde dilatatör
 - 1 adet tünel açıcı
 - 1 adet kilitli peelawaysheath-dilatatör seti olmalıdır.
- 11- Ambalaj üzerinde son kullanım tarihleri belirtilmelidir.
- 12- Sağlık Bakanlığı ithal izin belgesi ve Uluslararası Standartlara Uygunluk Belgesi bulunmalıdır.
- 13- Üretim hatası olan ve son kullanma tarihine 3 ay kalmış kateterler için firma değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 14- Malzemenin kullanılacağı kliniğe 1 adet numune verilip denenecektir. malzemenin uygunluğuna klinik onayı alındıktan sonra karar verilecektir.
- 15- İhale esnasında numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Op. Dr. Altay Nihat ACAR
KILIS DEVLET HASTANESİ
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.
Dip. Tesc. No : 163741/139157

Op. Dr. Mehmet Ali MELİK
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tesc. No : 132087