



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

21/09/2020 09:56 - 32446582 - 949 - E.638



00125227894

Sayı : 35277066-949

Konu : EFORLU EKG CİHAZI TAMİRİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 24/09/2020 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.
İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Mdr. Yrd.

| TEKLİFLER | | | | | |
|-----------|--------------------------|--------|-------|--------------------------|--------------|
| Sıra | Cinsi | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
| 1 | EFORLU EKG CİHAZI TAMİRİ | 1 | ADET | | |
| | | | | TOPLAM(KDV HARİÇ) | |

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA BOZDOĞAN

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden ad355d98-fb44-43f7-aadf-6c72e7e3bc41 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



EFORLU EKG ONARIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

A)KONU: Bu şartname Kilis Devlet Hastanesinde kullanılan 1008444678 künye numaralı Eforlu EKG onarım teknik şartnamesidir.

B)TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Cihazın treadmilli PC den gelen komutlarda; hız komutları çalışıyor ancak eğitim kısmı çalışmıyor. Bu arıza ile ilgili;
 - Teklif verecek olan firma fiyat vermeden önce arıza tespitini yapacak ve servis formu düzenleyip Biyomedikal Birimine teslim edecektir.
 - Arıza tespiti yerinde yapılacak olup biyomedikal birim personeli nezaretinde yapılacaktır.
 - Yapılan arıza tespiti için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
2. Bahse konu bu arızanın dışında tespit edilen başka bir arıza varsa önce Biyomedikal Birimi bilgilendirilecektir.
3. Onarım işi ve takılan yeni parçalar en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır ve yüklenici bunu yazılı olarak beyan edecektir.
4. Cihazın muayene ve kabulü, muayene ve teslim komisyonunca yapılacaktır. Komisyon tarafından ikna oluncaya kadar cihazla deneme yapılacaktır.


KİLİS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Müdürlüğü