

**SU ARITMA SİSTEMİ (RO) PERİYODİK  
BAKIM ONARIM (YEDEK PARÇA HARIÇ)  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**A-KONU:** Bu teknik şartname Kilis Sağlık Müdürlüğü Suriye Görev Gücü Başkanlığına bağlı Suriye Çobanbey Hastanesinde bulunan Gambro marka hemodiyaliz su arıtma (RO) sistemi bakım onarım (yedek parça hariç) teknik şartnamesidir.

**B-TEKNİK ÖZELLİKLER:**

1. Teklif verecek firma bakım-onarım için üretici veya distribütör firmadan bakım onarım yapabileceğine dair Yetkili Teknik Servis Belgesi'ne sahip olmalıdır.
2. Teklif verecek firma bakım-onarım yapılacak diyaliz cihazı markasını kapsayan TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
3. Yüklenici sözleşme süresince sözleşmede bakımı yapılacak olan su sistemi cihazını çalışır halde tutacaktır.
4. İdare, cihazda meydana gelebilecek bir arıza için öncelikle yüklenicinin teknik personellerine telefon ile ulaşarak uzaktan müdahale de bulunduracak ve ilgili arıza geçmezse çağırıldığı andan itibaren idarenin Gümrük Geçiş iznini almasına müteakip firma en geç 5 iş günü içerisinde servis elemanını arıza mahalline gönderecek, servis elemanı söz konusu arızayı yerinde görüp, arızayı giderecek, arıza formunu düzenleyerek bir nüshasını bilgi için hemodiyaliz bölümüne, bir nüshasını faturanın ekinde idareye ve bir nüshasını da firmada saklanmak üzere kendisinde tutacaktır.
5. Yedek parça gerektiren arızalarda parça idare tarafından satın alınacak ve üniteye teslim ettirilecek. İlgili parça/parçaların üniteye tesliminden ve idarenin Gümrük Geçiş iznini almasına müteakip en geç 5 iş günü içerisinde cihaz çalışır duruma getirilecektir.
6. Yedek parça gerektiği durumda idarenin stoğunda bulunması veya başka bir yerden temin edilmesi sonucu, yüklenici parçanın değişimini yapmakla yükümlüdür ve bunun için herhangi bir ücret talep edemez.
7. İdare, sözleşme kapsamındaki su sistemi için tüm hizmetlerin yalnızca yüklenici tarafından yapılacağı hususunu temin edecektir.
8. Periyodik kontrol esnasında cihazlara ve üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan yüklenici firma sorumludur.
9. Yüklenici, cihaza yapacağı her türlü müdahaleden sonra servis formu ile belgelendirecektir ve bunu klinik yetkilisine imzalatacaktır. Formun imzalı bir nüshası klinik yetkilisine teslim edilecektir.
10. Yüklenici her 3 ayda bir kez olmak üzere söz konusu su sistemini kontrole gelecek ve periyodik servis formunu doldurarak bir nüshasını hemodiyaliz birimine ve bir nüshasını da bakım-onarım faturasıyla birlikte idareye gönderecektir.
11. 3 aylık periyodik kontrollerde yapılması gerekenler sadece ve sadece cihaz üreticisi fabrikanın bakım-onarım prosedürlerine göre tamamlanacaktır.

Fatma Gül  
[Signature]

[Signature]

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
SURİYE GÖREV GÜCÜ BAŞKANLIĞI  
MAREA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

**SU ARITMA SİSTEMİ (RO) PERİYODİK  
BAKIM ONARIM (YEDEK PARÇA HARİÇ)  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**A-KONU:** Bu teknik şartname Kilis Sağlık Müdürlüğü Suriye Görev Gücü Başkanlığına bağlı Suriye Mare Hastanesinde bulunan Gambro marka hemodiyaliz su arıtma (RO) sistemi bakım onarım (yedek parça hariç) teknik şartnamesidir.

**B-TEKNİK ÖZELLİKLER:**

1. Teklif verecek firma bakım-onarım için üretici veya distribütör firmadan bakım onarım yapabileceğine dair Yetkili Teknik Servis Belgesi'ne sahip olmalıdır.
2. Teklif verecek firma bakım-onarım yapılacak diyaliz cihazı markasını kapsayan TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
3. Yüklenici sözleşme süresince sözleşmede bakımı yapılacak olan su sistemi cihazını çalışır halde tutacaktır.
4. İdare, cihazda meydana gelebilecek bir arıza için öncelikle yüklenicinin teknik personellerine telefon ile ulaşarak uzaktan müdahale de bulunduracak ve ilgili arıza geçmezse çağırdığı andan itibaren idarenin Gümrük Geçiş iznini almasına müteakip firma en geç 5 iş günü içerisinde servis elemanını arıza mahalline gönderecek, servis elemanı söz konusu arızayı yerinde görüp, arızayı giderecek, arıza formunu düzenleyerek bir nüshasını bilgi için hemodiyaliz bölümüne, bir nüshasını faturanın ekinde idareye ve bir nüshasını da firmada saklanmak üzere kendisinde tutacaktır.
5. Yedek parça gerektiren arızalarda parça idare tarafından satın alınacak ve üniteye teslim ettirilecek. İlgili parça/parçaların üniteye tesliminden ve idarenin Gümrük Geçiş iznini almasına müteakip en geç 5 iş günü içerisinde cihaz çalışır duruma getirilecektir.
6. Yedek parça gerektiği durumda idarenin stoğunda bulunması veya başka bir yerden temin edilmesi sonucu, yüklenici parçanın değişimini yapmakla yükümlüdür ve bunun için herhangi bir ücret talep edemez.
7. İdare, sözleşme kapsamındaki su sistemi için tüm hizmetlerin yalnızca yüklenici tarafından yapılacağı hususunu temin edecektir.
8. Periyodik kontrol esnasında cihazlara ve üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan yüklenici firma sorumludur.

Abdurrahman AKUNAKOL  
Kilis İl Hastanesi  
Hemodiyaliz Teknisyeni

Hidayet TÜRK  
Mare Hastanesi  
Hastane Müdürü

Dr. Durmuş YAKAR  
Mare Hastanesi  
Başhekim

9. Yüklenici, cihaza yapacağı her türlü müdahaleden sonra servis formu ile belgelendirecektir ve bunu klinik yetkilisine imzalatacaktır. Formun imzalı bir nüshası klinik yetkilisine teslim edilecektir.
10. Yüklenici her 3 ayda bir kez olmak üzere söz konusu su sistemini kontrole gelecek ve periyodik servis formunu doldurarak bir nüshasını hemodiyaliz birimine ve bir nüshasını da bakım-onarım faturasıyla birlikte idareye gönderecektir.
11. 3 aylık periyodik kontrollerde yapılması gerekenler sadece ve sadece cihaz üreticisi fabrikanın bakım-onarım prosedürlerine göre tamamlanacaktır.

Abdurrahman OKNAKOL  
Mare Hastanesi  
Bakım Onarım Teknisyeni  
Sahib Memuru

Hidayet TÜRK  
Mare Hastanesi  
Hastane Müdürü

Dr. Durmuş YAKAR  
Mare Hastanesi  
Başhekim