



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRMİ
15/10/2020 10:04 - 52446582 - 949 - E.676



Sayı : 35277066-949

Konu : ODYOMETRE CİHAZI KULAKLIK ALIMI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 19/10/2020 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekûn/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.
İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Mdr. Yrd.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ODYOMETRE CİHAZI HAVA YOLU BAŞLIĞI - KULAKLIĞI	1	ADET		
			TOPLAM(KDV HARİÇ)		

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA BOZDOĞAN

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com



ODYOMETRE CİHAZI KULAKLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU

Bu şartname Kilis Devlet Hastanesi Odyometre biriminde kullanılmakta olan İnteracoustics marka AC40 model 1008502657 künye numaralı Odyometre cihazı için alınacak olan kulaklık teknik özelliklerini içerir.

2.TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Kulaklıklar sağ ve sol olmak üzere takım halinde, başlığı ile birlikte tek olarak verilecektir.
2. Kulaklıklar TDH-39P tipte olmalıdır.
3. Başlığın iki taraftan kulağa oturmasını sağlayan ayar çubuklarının olması gerekmektedir.
4. Hoparlörlerin kulağa oturması için plastik yastıklarının olması gerekmektedir.
5. Her bir kulaklık hoparlörünün empedansı 10 ohm olmalıdır.
6. Frekans aralığı 100Hz-8000Hz olmalıdır.
7. Mevcut odyometre cihazı ile birebir uyumlu olmalıdır.
8. Cihazdan set edilen ses bozulmadan hastaya iletilmelidir.
9. Ürün orijinal ambalajında, kullanılmamış olmalıdır.
10. Teklif veren firmalardan numune istenecek ve cihaz üzerinde denendikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.

Emir TIRYAKI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Biyometre Birim Başkanı

Omer Yılan
Odyolog

Sedat Demir
Odyometrist