



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

11/11/2020 15:44 - 52446582 - 949 - E.720



00128793402

Sayı : 35277066-949

Konu : VENTİLATÖR CİHAZI OKSİJEN SENSÖRÜ ALIM İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **13.11.2020** günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, Doğrudan Temin Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir. ,

e-İmzalıdır.

**İrfan KÜÇÜKOĞLU**

İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

MARKA/UBB KODU :

| TEKLİFLER |  |        |       |                          |              |
|-----------|--|--------|-------|--------------------------|--------------|
| Sıra      | Cinsi                                      | Miktar | Birim | Birim Fiyat              | Toplam Tutar |
| 1         | VENTİLATÖR OKSİJEN SENSÖRÜ (MAQUET UYUMLU) | 10     | ADET  |                          |              |
| 2         | VENTİLATÖR OKSİJEN SENSÖRÜ(VELA UYUMLU)    | 9      | ADET  |                          |              |
|           |  |        |       | <b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b> |              |

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kilis Sağlık Müdürlüğü  
Kilis Devlet Hastanesi

**VENTİLATÖR OKSİJEN SENSÖRÜ (MAQUET UYUMLU)  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Oksijen sensörü maquet marka servo-i ve servo-s model ventilatör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
2. Kapalı paket içinde hava almayacak şekilde muhafaza edilmiş olmalıdır. Açık ve kullanılmış ürünler kabul edilmeyecektir. Sensör üzerinde seri numarası, son kullanma tarihi veya fabrika üretim tarihi yazmalıdır.
3. Oksijen sensörü cihazın inspirasyon hattından örnekleme yapacağından o-ringli veya contalı olmalı ve kaçağa mahal vermemelidir.
4. Oksijen sensörü soketi cihaza uyumlu olmalıdır.
5. Kullanım ömrü (miadı) en az 1 yıl olmalıdır.
6. Sensör ile FİO2 seviyesi ölçülebilmelidir.
7. Oksijen sensörü %21 ile %100 aralığında çalışmalıdır.
8. Oksijen Sensörü takıldıktan sonra cihaz kalibrasyonundan geçmelidir. Kalibrasyondan geçmeyen sensörler kabul edilmeyecektir.
9. Bir yıl içerisinde bozulan sensörler yetkili firması tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.
10. Teklif edilen ürün için numune değerlendirmesi cihazın üzerinde denenerek yapılacaktır. Bu şekilde uygunluğuna karar verilecektir

**VENTİLATÖR OKSİJEN SENSÖRÜ (VELA UYUMLU)  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Oksijen sensörü vella marka ventilatör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
2. Kapalı paket içinde hava almayacak şekilde muhafaza edilmiş olmalıdır. Açık ve kullanılmış ürünler kabul edilmeyecektir. Sensör üzerinde seri numarası, son kullanma tarihi veya fabrika üretim tarihi yazmalıdır.
3. Oksijen sensörü cihazın inspirasyon hattından örnekleme yapacağından o-ringli veya contalı olmalı ve kaçağa mahal vermemelidir.
4. Oksijen sensörü soketi veya kablosu cihaza uyumlu olmalıdır.
5. Kullanım ömrü (miadı) en az 1 yıl olmalıdır.
6. Sensör ile FİO2 seviyesi ölçülebilmelidir.
7. Oksijen sensörü %21 ile %100 aralığında çalışmalıdır.
8. Oksijen Sensörü takıldıktan sonra cihaz kalibrasyonundan geçmelidir. Kalibrasyondan geçmeyen sensörler kabul edilmeyecektir.
9. Bir yıl içerisinde bozulan sensörler yetkili firması tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.
10. Teklif edilen ürün için numune değerlendirmesi cihazın üzerinde denenerek yapılacaktır. Bu şekilde uygunluğuna karar verilecektir

KİLİS DEVLET HASTANESİ  
Biyomedikal Mühendisi

Mustafa Özdemir  
Tıbbi Mühendis