



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

27/11/2020 14:36 - 52446582 - 949 - E.746



00129830157

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM VENTİLASYON EKSPİRASYON MEMBRANI/DİYAFRAMI VE KAPAĞI ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 02.12./2020 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 31.12(Yüzyılım) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.
İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	VENTİLASYON EKSPİRASYON MEMBRANI KAPAĞI	10	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Suriye Görev Gücü Başkanlığı

VENTİLASYON EKSPİRASYON MEMBRANI/DİYAFRAMI VE KAPAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Expirasyon membran ve kapağı Hamilton marka Galileo model cihaza birebir tam uyumlu olmalıdır.
2. Expirasyon membranı buhar otoklavda steril edilebilir olmalıdır.
3. Valfin membranı kapağa takıldığında kaçak vermeyecektir.
4. Membranın metal ara yüzeyi olmalıdır.
5. Valf hattı monte edildiğinde kaçak testinden geçmelidir.
6. Satınalma aşamasında numune değerlendirmesi yapılacaktır. Expirasyon diyaframı ve kapağı cihaza takıldığında expirasyon kaçak testinden geçmelidir. Aksi takdirde kabulü yapılmayacaktır.

Emir TIRYAKI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Müdürlüğü

Mustafa Özdemir
Hemşire
Aydin