



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

09/12/2020 15:39 - 52446582 - 949 - E.791



00130572381

Sayı : 35277066-949

Konu : LARİNGOSKOP SETİ ALIMI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 11/12/2020 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.
İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Mdr. Yrd.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	LARİNGOSKOP SETİ (YETİŞKİN)	5	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA BOZDOĞAN

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden b827a06a-93b4-4abf-bd57-d29af2e01ba5 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Blade'ler komple kapalı sistem olmalıdır. Fiberler gövde içine monteli olmalıdır.
2. Blade'lerde ampul ve elektrik devresi bulunmamalı, ışık kaynağı sap gövdesine monteli olmalıdır.
3. Fiberlerin her iki ucuda darbelere karşı korumalı olmalıdır.
4. Blade'ler handle'a kolayca monte edilebilir ve çift bilyeli ve kilitlemeli olmalıdır. ISO 7376 standartındaki tüm handle'lara takılabilmelidir.
5. Fiber optik ışık yolu; enfeksiyona ve herhangi bir kaybolmaya sebep olmaması için blade'le komple yapıda olmalı, herhangi bir pin veya vida ile tutturulmuş olmamalıdır.
6. Işık kaynağı soğuk ve doğal ışık veren çok uzun ömürlü LED olmalıdır.
 - Şarjlı Li-ion pil ile çalışmalıdır.
 - Handle'ın altında şarjlı pilin doluluk durumunu gösteren ve en az 3 LED'den oluşan gösterge olmalıdır. Handle iç içe geçen iki gövdeden oluşmalı, dış gövde müdahale bitiminde blade'lerle birlikte buhar sterilizasyonuna girebilmelidir.
 - Şarjlı handle hastanede bulunan şarj cihazına uyumlu olmalıdır.
 - Masa üstü şarj cihazı pilin doluluk durumunu ölçmeli, gerektiği kadar şarj ettikten sonra otomatik durmalı ve bu durumu ışıklı göstergesiyle bildirmelidir.
 - Masa üstü şarj ünitesi aynı anda iki handle'ı şarj edebilmelidir.
 - Üretici firmanın Li-ion pil seçeneği olmalı ve bunu orijinal kataloğundan göstererek ispatlamalıdır.
7. Set, cihazı tozdan korumak için bir çanta içinde verilmelidir.
8. Set içinde paslanmaz çelikten ana gövdesi olan Macintosh tipte 1,2,3 ve 4 no.lu blade'lerden birer adet olmalıdır.
9. Blade ölçüleri aşağıda yazıldığı şekilde olmalıdır.

Macintosh 1	93mmx11mm
Macintosh 2	115mmx13mm
Macintosh 3	135mmx15mm
Macintosh 4	155mmx15mm

10. Blade'lerin yüzeyinde hastaya zarar verebilecek herhangi bir çapak, yapı bozukluğu olmamalıdır.
11. Blade'ler 134°C,5 dakika 4000 otoklav sterilizasyonundan sonra bile en az 1.000 lüks ışık verebilmelidir ve katalogda gösterilebilmelidir.
12. 2 yıl fabrika, 10 yıl ücreti mukabili yedek parça ve servis temin garantisi taşınmalıdır.
13. İthalatçı firma TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
14. Firmalar şartnamede istenilen ürünlerin tamamından en az 1(bir) adet numuneyi, ihale saatinden önce tutanak ile idareye teslim edeceklerdir. Numune teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

KUC (Gıda) Sorumlu Henzireci
Selma TEMİZÖZ
A. Arzu Yarbil

Henz:
Gülreza GAY
Gülreza