



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

13/01/2021 09:14 - E-52446582 - 949 - 18



00132680382

Sayı : 35277066-949

Konu : YENİ DOĞAN MEMBRANLI VENTİLATÖR SETİ (ISITICILI) ALIMI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **15.01./2021** günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi,Doğrudan Temin Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarih ve saatten önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

MARKA/UBB KODU :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	YENİ DOĞAN MEMBRANLI VENTİLATÖR SETİ (ISITICILI)	30	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

UBB kodu belirtiniz.

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

VENTİLATÖR DEVRESİ YENİDOĞAN

1. Hasta devresi; inspirasyon hattı, ekspirasyon hattı, ara hortum, basınç ölçüm hattı, adaptör kiti, çift şamandıralı otomatik beslemeli chamber'dan oluşmalı ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Hasta devresinin inspirasyon ve ekspirasyon hatları farklı renkte olmalıdır.
3. Hasta devresinin inspirasyon hattında ısıtıcı teller spiral yapıda olmalıdır.
4. Hasta devresinin ekspirasyon hattı içerisindeki ısıtıcı tel olmalıdır. Hasta devresi, su buharını geçiren (seçici geçirgen) malzemeden üretilmiş olmalıdır. Bu özellik ile devre içerisinde oluşabilecek yoğunlaşma problemi difüzyon ile dışarı atılabilmelidir. Bu özellik sayesinde ventilasyon sorunları (Otomatik PEEP, Ventilatör - Hasta uyumsuzluğu, Ventilatör cihazlarının akış veya basınç ölçüm mekanizmalarının yoğunlaşmadan dolayı hassasiyetlerinin bozulması) ve ekspirasyon hattındaki su yoğunlaşma problemleri önlenmelidir.
5. Ekspirasyon ve inspirasyon hatlarında su tutucu gibi periyodik kullanıcı müdahalesini gerektiren bir düzenek olmamalıdır.
6. Klinikteki mevcut nemlendirici cihazlarının ısı-akış sensörlerinin verimli kullanımı için, sadece hasta devresinin ısıtıcı inspirasyon hattının uç kısımlarında 2 (iki) port olmalı ve sensörler bu portlara takıldığı zaman tam oturmalıdır. Küvöz hattında sensör için portu olan setler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
7. Devre chamber çıkışından "Y" konnektör bağlantıları dahil inspirasyon ve ekspirasyon hatları 10mm çapında olmalıdır bağlantı noktalarında çapı daralan devreler akış sınırlayacağından kabul edilmeyecektir.
8. Hasta devresi paketi içerisinde bir adet çift şamandıralı otomatik beslemeli chamber bulunmalıdır. Hasta güvenliği açısından chamber içerisinde birincisi arızalandığında otomatik olarak devreye girecek ikinci bir şamandıra bulunmalı ve bu husus chamberin broşüründe açıkça yer almalıdır. Chamber set ile aynı marka olmalıdır. Chamber içerisinde sıkıştırılabilen hava hacmi 280ml olmalıdır. Kopliyanısı 0.4ml/cmH₂o olmalı direnci 60L/dk sabit gaz akış hızında en çok 0.52 cmH₂o olmalıdır. Maksimum pik akışı 30sn süreyle 180L/dk. olmalıdır.
9. Her set ile birlikte 1 adet devre ile aynı marka çift cidarlı filtre verilmelidir. Ekspirasyon sönörüne su kaçağını önlemek adına çift cidarlı olmayan filtreler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
10. Hasta devresi pediatrik hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
11. Hasta devresinin 'Y' konnektör kısmı hastaya göre 360° dönebilen yapıya sahip olmalıdır. Bu özellik sayesinde hasta bağlantı noktasında oluşabilecek doku hasarı önlenmelidir. 360° dönmeyen 'Y' konnektör kesinlikle kabul edilmeyecektir. Devre orijinal paketi içerisinde devre üzerinde takılı olmalıdır.
12. Teklifler ile birlikte 1 adet numune verilmelidir. Numune verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

Sibel CANBAL
Yenidogan Yogan Baem
Sorumlu Hengiresi

Halime Nurpau
HINTA

Uzm. Dr. Ahmet Rauf GÖKTEPE
KILIS DEVLET HASTANESİ
Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzm.
Dip. Tes. No: 118652