



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

21/01/2021 08:36 - E-52446582 - 949 - 29



00133153103

Sayı : 35277066-949

Konu : PERASETİK ASİT İÇERİKLİ DEZENFEKTAN ALIMI İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (

25 101 / 2021) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzüymü)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka / Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	PERASETİK ASİT İÇERİKLİ DEZENFEKTAN	150	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 7961ba2f-55e1-4c4a-a498-f423a0eb84ac kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

PERASETİK ASİT İÇERİKLİ, KULLANIMA HAZIR, TIBBİ ALET VE ENDOSKOP DEZENFEKTANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün, Perasetik Asit, Hidrojen Peroksit kombinasyonu içermelidir.
2. Ürün, fenol, aldehit türevleri, amin, kuarterner amonyum, klor ve ağır metal olan gümüş iyonlarını içermemelidir.
3. Ürün, geniş materyal uyumluluğuna sahip olmalıdır. Yapıları gereği otoklav ve etilen oksit ile sterilizasyonu yapılamayan, laparoskop, artroskop, endoskop, anestezi aksesuarlarının, plastik, kauçuk, paslanmaz çelik, porselen, cam vb ekipmanların yüksek düzey dezenfeksiyonu için uygun olmalıdır.
4. Ürün, 5 dakikada bakterisid (S.aureus, P.aeruginosa, MRSA, VRE, Accinetobacter), virüs, fungusid (mayalar ve küller dahil) tüberkülosid, sporisid etkili olmalıdır. Firma bu etkileri karşıladığına dair, akredite laboratuvarlarda yapılmış, mikrobiyolojik çalışmalarının raporlarını ihale dosyasında sunmalıdır.
5. Ürün, aktive edildikten sonra, 14 gün etki süresine sahip olmalıdır. Firma, akredite laboratuvarlarda çalışılmış bilimsel raporlarını belgelendirmeli ve ihale dosyasında sunmalıdır.
6. Ürün, ilk aktive edildiğinde en az 1500 ppm seviyesinde perasetik asit ihtiva etmeli ve kullanım sürecinde ,900 ppm'e kadar perasetik asit seviyesini korumalıdır. Firma bunu karşıladığına dair, akredite laboratuvarlarda ,uluslararası metodlarla çalışılmış olan, bilimsel raporlarını belgelendirmeli ve ihale dosyasında sunmalıdır.
7. Ürün kullanılacak metal ekipmanlarda korozyona neden olmamalı, Firma ,bunu karşıladığına dair, akredite laboratuvarlarda ,uluslararası metodlarla çalışılmış olan, metal antikorozyon analizi bilimsel raporlarını belgelendirmeli ve ihale dosyasında sunmalıdır.
8. Ürün, flexibl endoskoplarda herhangi bir korozyona neden olmamalıdır . Firma ,bunu karşıladığına dair, akredite laboratuvarlarda ,uluslararası metodlarla çalışılmış olan, polimer yüzey antikorozyon analizi verilerini ve bilimsel raporlarını ihale dosyasında sunmalıdır.
9. İstekli firmalar ihale dosyasına ürünün kullanıldığı cihazlarda dezenfektandan kaynaklanan arıza meydana gelmesi halinde, zararı karşılayacağına dair taahhüt vermelidir.
10. Ürünün kapağı açıldıktan sonra kullanılmayan kısmı, aktivite kaybı olmaksızın en az 1 ay saklanabilmelidir.
11. Ürünün rahatsız edici kokusu bulunmamalıdır.
12. Firma, ürün ile birlikte, solüsyon içerisindeki perasetik asit seviyesini ölçmeye yarayan MEK test striplerini, her 5 litreye 2 adet olacak şekilde ücretsiz olarak vermelidir.
13. MEK Test stripleri pH ölçer olmayıp ,solüsyona özel, kimyasal madde ölçer olmalı, test striplerinin akredite validasyon analizi ihale dosyasında sunulmalıdır.
14. MEK test stripleri CE belgesine sahip olup TITUBB kayıtlı olmalıdır.
15. Ürünün raf ömrü en az iki yıl olmalıdır. Teslim tarihinden itibaren en az 20 ay miatlı olmalıdır. Firma, son kullanılma tarihinden 3 ay önce, bildirilmesi halinde, tüketilmemiş ürünü ,fiyat artışı gözetmeksizin, , yeni miatlıları ile , en geç 15 gün içinde değiştirmelidir.
16. Ürün, 5 Litrelik PVC içermeyen, sızdırmaz, kilitli kapaklı ambalajlarda olmalıdır.
17. Ürün etiketleri Türkçe olmalı, etiket üzerinde gerekli tüm bilgiler yer almalıdır (üretim-son kullanma tarihleri, kullanım süresi, içerikleri).
18. Ürünün TITUBB kayıt belgesi, kalite belgeleri ve ürüne ait Güvenlik Veri Fişi ihale dosyasında sunulmalıdır.

Sevgi DAĞTEKİN
Hemşire

Büşra ÇEKİC
Enfeksiyon Kontrol
Hemşiresi