



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

23/02/2021 15:23 - E-52446582 - 949 - 80



Sayı : 35277066-949

Konu : 2 KALEM HASTABAŞI MONİTÖR SPO2 ARA KABLO VE EKG KABLOSU ALIMINI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **01.03.2021** günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **1.20(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarih ve saatten önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ EKG ÖLÇÜM KABLOSU 3 LEAD	10	ADET		
2	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU SPO2	10	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 84f96b6e-c942-4f1d-ac9a-394e52b6fd46 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>





T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

TIBBİ MONİTÖR SPO2 ARA KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ara kablolar hastanemiz Covid yoğun bakımda kullanılan Philips marka MX-550 model hastabaşı monitörler için uyumlu olmalıdır.
2. Ara kablolar tek kullanımlık ve çok kullanımlık masimo Spo2 problemleri için uyumlu olmalıdır.
3. Ara kablolar en az 1.5 metre uzunluğunda olmalıdır.
4. Ürünler cihaz üzerinde denenip uygunluğuna karar verilecektir.

TIBBİ MONİTÖR EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. EKG kablosu hastanemiz Covid yoğun bakımda kullanılan Philips marka MX-550 model hastabaşı monitörler için uyumlu olmalıdır.
2. EKG kabloları Grabber uçlu olacaktır.
3. EKG kabloları en az 3 lead olmalıdır.
4. EKG kablolarının uzunluğu en az 1.5 metre olmalıdır.
5. Ürünler cihaz üzerinde denenip uygunluğuna karar verilecektir.

Emir TIRYAKI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi

Selma TEMİZÖZ

Uzm. Dr. Aziz YARBİL
KILIS DEVLET HASTANESİ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.
Dip. Tes. No : 89820