



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS DEVLET
HASTANESİ
23/02/2021 15:23 - E-52446582 - 949 - 124



Sayı : 35277066-949

Konu : DİJİTAL YATAK TARTI ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (26/02/2021) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi.doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi ilgili Depo Birimine teslim
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi). gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	AĞIRLIK - UZUNLUK ÖLÇÜM CİHAZLARI, YATAK TARTISI	2	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

USB kabu belirtiniz.

Kilis Devlet Hastanesi
Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15
İrt : HAMDİ ÖKSÜZ

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1
e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com






T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

DİJİTAL YATAK TARTISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen cihaz en az 300 kg kapasite ve ± 100 gr hassasiyetinde dijital ölçüm yapabilmelidir.
2. Teklif edilen cihaz tekerlekli sandalyedeki ve hasta yatağındaki hastaların tartılabilmesi için özel olarak tasarlanmış, iniş çıkış rampalı platforma sahip olmalıdır.
3. Teklif edilen cihaz ayakta tartılacak hastalarında tutunabilmesi için yan tutma kolları olmalıdır.
4. Cihazın dara alabilme özelliği olmalıdır.
5. Cihaz LCD ekran veya display numerik ekrana sahip olmalıdır.
6. Cihaz şebeke elektriği ile çalışmalıdır.
7. Cihazın CE belgesi olmalıdır.
8. Cihazın eni en az 110cm, boyu en az 160cm olmalıdır.
9. Teklif edilen ürünün kurulumu firma tarafından yapılacak olup çalışır durumda teslim edecektir.
10. Cihazın en az 2 yıl garantisi olmalıdır.

Mustafa Özdemir
Hemşire
Ayhan


Selma TEMUROĞLU
Covid 19'lu Hastaneler