



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

15/03/2021 16:35 - E-52446582 - 949 - 104



00136664864

Sayı : 35277066-949

Konu : ALKALİ DETERJAN ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 18.03 /2021 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarih ve saatten önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU ALKALİ SIVI 5 LT	5	ADET		
			TOPLAM(KDV HARİÇ)		

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 750f443f-ca06-4c55-bf96-043bd3ecd7c6

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



OTOMATİK ALET YIKAMA MAKİNALARI İÇİN KATI FORMDA HAFİF ALKALİ DETERJAN ŞARTNAMESİ

1. Ürün tıbbi ve laboratuvar alanında kullanılan tüm cerrahi aletler ve aksesuarlarınınınisiya dayanıklı tüm tıbbi cihazların otomatik alet yıkama makinelerinde temizliğinde kullanılabilir özellikte olmalıdır.
2. Ürün herhangi bir kimyasal sızıntı ve dökülme riskine karşı katı formda olmalı ve kapalı bir dağıtıcı sistem içinde uygulanabilir özellikte olmalıdır.
3. Ürün prion inaktivasyonu sağlaması için sodyum hidroksit içerikli olmalı ve yardımcı madde olarak korozyon inhibitörü içermelidir.
4. Ürün bileşiminde fosfat, EDTA ve NTA bulunmamalıdır.
5. Dozaj pompası olan bütün makinelerde rutin kullanımda 3-6 mL/ L oranında, prion inaktivasyonu için 10 mL/L oranında kullanıma uygun olmalıdır.
6. Kullanıma hazır solüsyon için pH değeri 10-11 arasında olmalıdır.
7. Sterilizasyon süreçlerini etkilememesi için ürünün aletten su ile tamamen durulanabilir olduğunu gösteren Biyouyumluluk(ISO 10993) raporu ihale dosyasında bulunmalıdır.
8. Ürün Güvenlik Bilgi Formu ihale dosyasında bulunmalıdır.
9. Ürün katı formda 4 Kg'lık ambalajlar halinde olmalı, ambalaj üzerinde ürünün kimyasal içeriği, üretim ve son kullanmatarihi, lot numarası yazmalıdır.
10. Ürün 2 (iki) yıl raf ömrüne sahip olmalıdır. Son kullanım tarihine kadar stabil kaldığı laboratuvar çalışması ile belgelenmelidir. Ürün hastaneye tesliminden sonra en az 18 ay miadı olmalıdır.
11. Ürün ambalajı evsel atık olarak bertaraf edilmeye uygun olmalıdır.
12. Ürün beraberinde katı formu sıvı hale dönüştürüp yıkama makinelerine transfer edecek otomatik dozajlama dispenseri firma tarafından ücretsiz temin edilmelidir.
13. Ürün otomatik dozajlama dispenseri sayesinde farklı marka ve model otomatik alet yıkama makinelerinde kullanılabilmelidir.
14. Katı deterjanı sıvı forma dönüştürecek cihaz kullanıcı hatalarını önlemek amaçlı uyarıcı sistemler içermelidir.(Dispansere hatalı ürün yerleştirilmesinde alarm vermeli, ürün eksildiği yada bittiği zaman kullanıcıyı sesli ve görüntülü olarak uyarmalıdır.)
15. Ürünlerin kullanımı süresince dispenserin bakımı ve ayarlanması firma tarafından ücretsiz olarak yapılmalıdır.
16. Teklif veren firmalar uzman üyenin belirlediği sayıda numuneyi ihale öncesi teslim edecektir. Numuneler merkezi sterilizasyon ünitesinde kullanılacaktır. Ürün seçiminde solüsyonun cihazdaki performansı ve ünite sorumlusunun ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.
17. Muayene komisyonu gerek duyması halinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu başta olmak üzere her seri için yeterli sayıda numune olarak masrafları firmaya ait olmak üzere analiz (mikrobiyal etkinlik, toksikolojik, kimyasal içerik, korozyon etki vb.) için gönderebilecektir. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.
18. Numuneler orijinal ambalajında denenerak alınacaktır.
19. Kuruma teslim edilecek ürünün üretim serisine (lot numarasına) ait, üretici firmanın orijinal analiz sertifikası teslim sırasında ürün ile birlikte verilmelidir.
20. Yüklenici firma şartnamenin her maddesine tek tek uyacağını beyan ve taahhüt etmelidir.

Hansine
Kızı ERCEL
[Signature]

Gonca YAZICI
Sterilizasyon
Birim Sorumlusu
[Signature]