



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

15/03/2021 16:35 - E-52446582 - 949 - 105



00136663881

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM KEMO TERAPİ HAZIRLAMA SETİ ALIMI İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (

18/03/2021 ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmiy)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU  
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	KEMOTERAPİ SETİ	100	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: a08b3a43-4363-4165-b938-3474fc583b43

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



## KEMOTERAPİ HAZIRLAMA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ- KEMOSET 4 B

1. Tüm kemoterapi işlemlerinde kullanılacak içerik ve dizaynda tek kullanıma mahsus olmalıdır.
2. Kemoterapi yapacak personeli ilaç hazırlama ve uygulama safhasında ilaç sızması, sıçraması veya buharların etkisinden koruması için aşağıdaki malzemeleri içermelidir.
  - **1 adet masa örtüsü:**  
Sıvı geçirmez özellikte ve 75 cm x 75 cm boyutlarında
  - **1 adet boks gömleği ( önlük ):**  
Önlük materyali ortamda oluşacak kan, alkol ve benzer sıvıların alta geçmesini önleyecek, ancak hava geçirgen dokuya sahip 45 gr/m medikal non-woven sıvı geçirmez materyalden yapılmış olmalıdır. Önlüklerin kol manşetleri kullanıma rahatsız etmeyecek şekilde elastiki olmalı, cerrahi eldiven giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyrılmasını engelleyecek şekilde bileği kavramalıdır. Önlüğün ön kısmı ve kolları çift kat korumalı olmalı, yaka açıklığı velcro (cırt cırt) ile ayarlanabilmelidir. Önlüğün boyun kısmı teri emen, sürtme ile cildi tahriş etmeyecek yumuşak kumaş biye ile kopmaması için bağcıklar önlüğe çapraz dikişle applike edilmiş olmalıdır. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamamalı, dikişler beden hareketleri ile açılmayacak şekilde sağlam olmalıdır.
  - **1 adet maske:**  
Maske ağız ve yüz bölgesini kulaklara kadar koruyacak uzunlukta olmalı, maskenin dış ve iç yüzü geçirgen olmayan materyaller, orta tabakası polietilen malzemeden olmak üzere üç katlı olmalıdır. Maskedeki havalandırma filtresi karbondioksit, karbonmonoksit, vs. gibi gazları teneffüsle dışarı verirken dış ortamdaki zararlı maddeler içeren havayı içeri vermemelidir. Maskenin burun bölümüne gelen kısmındaki metal ile burun şekline göre ayarlama yapabilecek özellikte olmalıdır. Maskeyi başa sabitlemek için iki adet lastik ihtiva etmelidir.Maskeler FFP3 sınıfında ve CE belgeli olmalıdır.
  - **1 adet gözlük:**  
Gözlük gözü dış etkenlere karşı korumak amaçlı ve gözü tamamen koruyacak özellikte olmalıdır. Gözlük sapları tüm kafa yapısına göre ayarlanabilir özellikte olmalıdır.Camı buharlaşmayı önleyecek özellikte polikarbonat esaslı materyalden yapılmış olmalıdır. Gözlük kullanan kişilerin de kullanımına uygun olmalıdır.
  - **1 adet bone:**  
Dış etkenlere karşı alın ve saçlı bölgeyi korumalı, sıvı ve mayi geçirmez SMS kumaş malzemeden yapılmış kemotrapide kullanmak üzere özel üretilmiş lastikli, bol ve geniş yapıda olmalıdır.
  - **2 çift kemoterapi eldiveni:**  
Kauçuk malzemeden yapılmış, yüksek koruma özelliğine haiz, pudrasız tıbbi amaçlı olmalıdır. Sıvı ve ilaç sızdırmayacak özellikte olmalıdır.El bileği üst kısmına kadar tam kavrama sağlamalı, el ve parmak bölgeleri çalışma hassasiyetini engellememelidir. Sağ ve sol bir çift tek ambalajda olmalıdır. Ambalaj etiketinde eldivenle ilgili tüm bilgiler yer almalıdır.
  - **2 adet havlu:**  
El ve çalışma yerinin kurulanması için kullanılacak şekilde emici yapıda, 40 x 40 cm boyutlarında olmalıdır.
  - **1 adet tıbbi atık torbası:**  
Torba, ilaç ve kemoterapi atıklarını dışarıya sızdırmayacak kalınlıkta olmalı, üzerinde "KEMOTERAPİ ATIKLARIDIR" ibaresi uzaktan okunabilecek şekilde kırmızı renkte yazı ile yazılmış olmalıdır.
  - **1 adet trifleks (iki katlı – biflex kumaş) çalışma althığı:**  
Kemoterapi hazırlama kabini zeminine dökülecek ilaçları absorbe ederek yayılmasını ve zemine geçmesini engelleyecek özellikte, 40x120cm veya 50x75cm boyutlarında olmalıdır.
3. Setler beyaz PE/PA 100 mikron tıbbi bariyerli film ile ambalaj yapılmış olmalıdır. Ambalaj üzerinde ürün içeriği, örtü boyutları, imalatçı firma bilgileri, üretim izin numarası, CE işareti içeren etiket bulunmalıdır. Ürün CE veya uluslararası standart belgesine de sahip olmalıdır.

**Uzm.Dr.Taylan METİN**  
Kilis Devlet Hastanesi  
İç Hastalıkları  
Diploma Tescil No:181785  
Tescil No:141727

*Ratna Babaoğlu*  
*AL Hensire*