



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRDİMİ

15/03/2021 16:35 - E-52446582 - 949 - 106



00136663345

Sayı : 35277066-949

Konu : OKSİJEN TÜPÜ TAŞIMA ARABASI ALIMI İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (**18 / 03 / 2021**) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	OKSİJEN TÜPÜ TAŞIMA ARABASI	60	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 54394334-ac1e-4117-850b-e424ddd355a6

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>





T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

OKSİJEN TÜPÜ TAŞIMA ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp taşıma arabası 10 litrelik oksijen tüplerini taşıma amaçlı olmalıdır.
2. Tüp taşıma arabası en az 30 kg taşıma kapasiteli olmalıdır.
3. Tüp taşıma arabasının rahat hareket edebilmesi için 2 adet tekerleği olmalıdır. Tekerlekler yeterince büyük çaplı olup sarsıntıları önlemek amaçlı yumuşak malzemeden imal edilmiş rahat hareket edebilir olmalıdır.
4. Tüp taşıma arabasının üzerinde tüpün gövde yapısına uygun muhafaza çemberi olmalıdır.
5. Tüp arabası 100±15 cm boyunda olmalıdır.
6. Tekerlekler arası mesafe 20±5 cm olmalıdır.
7. Tüp arabasında tüpün devrilmesini önlemek amacıyla zincir olmalıdır.
8. Ürünün gövdesi metal malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
9. Ürünün tüm metal aksamı elektrostatik toz boya ile kaplanmış olmalıdır.
10. Satın alma kararı verilmeden önce numune değerlendirilmesi yapılacak olup uygun görülen numuneler üzerinde alım kararı verilecektir.

Erin TIRYAKI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Müdürlüğü

Ahmet Akdemir

Süleyman FERMANCI
Kilis Devlet Hastanesi
Biyomedikal Depo Birimi
Tıbbi Sekreter