



Sağlık Bakanlığı

T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

7



MALZEME/BAKIM/CİHAZ İSTEK FORMU

Doküman Kodu :KY.FR.41	Yayın Tarihi:Aralık 2015	Revizyon Tarihi:Aralık 2017	Revizyon No:2									
İSTEK YAPAN BİRİM/SERVİS	İDARİ ONAYLAYAN	TARİH VE SAYI	TALEP EDEN BİRİMİN GEREKÇESİ									
TALEP EDEN BÖLÜM : TIBBİ SAĞF DEPO (KİLİS) BÖLÜM SORUMLUSU : MEHMET BULUT	Op. Dr. Mehmet Emin DADA Kilis Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı	29.03.2021 44.743	Tıbbi Patoloji laboratuvarında kullanılmak üzere absollü alkole ihtiyaç vardır.									
İmza :	STOK KOTROLÜ											
Sıra No	Stok/Taşınır	Malzeme/Hizmet Adı	Farmasötik Form	Birim	Talep Miktar	Hastane Stokunda	Birliğe Bağlı Hastaneler	Türkiye Geneli Sorgulama	Ort.Mkys Fiyatı	EnSonAlım Fiyatı	Sut Kodu	Sut Fiyatı
1	24400 150-03-04-220001135	ABSOLLÜ ALKOL		LITRE	300	Var	Yok	Var	Yok	Var	Yok	15,58
Genel Bütçe	<input type="checkbox"/>	Döner Sermaye	<input type="checkbox"/>	Bütçe Kontrolü Yapılmıştır.			Bütçe Kontrolü Yapan			Stok Kontrol Sorumlusu(TKY)		
Doğrudan Temin	<input type="checkbox"/>	İhale	<input type="checkbox"/>							MEHMET BULUT		
Bütçe Kalemi Kodu(Analitik Kodlar)	03.02.06.21			0.1/04/2021								
%10 Kullanılabilir Ödenek Tutarı	250.030.16											

İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYONU

Tıbbi Mal/Dayanıklı Tüketim/ Biyomedikal/Tüketim/ Tıbbi Sarf/Eczane	Sağlık Bakım Hizmetleri	İdari Mali İşler Müd./Müd.Yrd	Komisyon Başkanı
<i>Mehmet Bulut</i>	<i>Harice ÖZKAPTAN</i> Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü	<i>Kamil Köksal</i> İdari Mali İşler Müd. Yardımcısı	<i>Nigar TEPE KARAKİŞ</i> KİLİS DEVLET HASTANESİ Başhekim Yardımcısı
ONAY ..... / ..... / ..... ERKAN KURTARAN Başhekim			

EK:Teknik Şartname .

- 1-Talebi yapan bölüm/depo istemiş olduğu mal-malzemeler için gerekli kodları ve malzeme tanımını(Malzeme Kodu/DMO Kodu/Taşınır Kodu)eksiksiz olarak dolduracaktır.
- 2-Talep eden birim sorumlusu Satın alma ile iletişimi sağlamak için telefon numarası yazılmalıdır.
- 3-Talep edilen mal-malzemeler için ilgili Depodan/Teknik birimden görüş alınarak,taşınır kayıt kontrol yetkilisine imzalatılmalıdır.Hizmet ve yapım
- 4-Talebi yapılan mal-malzemelerin özelliklerini açıklayan teknik şartnameler açık,anlaşılır ve rekabeti engelleyen ifadelere yer verilmeksizin (marka
- 5-Bütçe kayıt işlemleri satınalma birimi tarafından yapılacaktır.

## ABSOLU ETİL ALKOL TEKNİKŞARTNAMESİ

- 1- En az %99.5'lik konsantrasyonda olmalıdır.
- 2- Patoloji laboratuvarında, doku takip cihazında ve histokimyasal boyamalarda kullanıma uygun olmalıdır.
- 3- Thermo Scientific Excelsior AS doku takip cihazı ve Thermo Scientific Gemini AS boyama cihazında kullanıma uygun olmalıdır.
- 4- Sızdırmaz nitelikte vidalı kapaklı, 5 litrelik, sağlam plastik orijinal ambalajında olmalıdır.
- 5- Berrak, tortusuz olmalıdır. Saklama süresi içinde tortu oluşturmamalıdır.
- 6- Son kullanım tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
- 7- Firma, Patoloji laboratuvarında kullanıma ilişkin referans vermelidir.
- 8- Ambalaj üzerinde üretici firma adı, üretim ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.
- 9-İhale tarihinde orijinal kutusunda olmak şartıyla bir kutu numune teslim edilmelidir.
- 10-Uygunluğu laboratuvarımızca test edildikten sonra karar verilecektir.
- 11-.Uygunluk verilen malzemenin alımı söz konusu olursa numune ile malzeme birebir aynı özelliklere sahip olmalıdır. Herhangi bir olumsuzlukta firma sorumlu tutulacaktır.
12. Teklifte malzemenin markası mutlaka belirtilmelidir.
- 13- Genel hükümler geçerlidir.
- 14- Firma ürüne ait MSDS Formunu Türkçe teslim etmelidir.

Dr. Uğur İzol  
Amir

Seval ÖZDEMİR  
Seval