



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

05/04/2021 11:31 - E-52446582 - 949 - 139



00137996689

Sayı : 35277066-949

Konu : 3 KALEM HASTABAŞI MONİTÖRÜ ARA KABLOLARI ALIMI

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 05/04/2021 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (Yüzvirm) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarih ve saatten önce Satın Alma Birimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

**İrfan KÜÇÜKOĞLU**

**İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.**

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ EKG ÖLÇÜM KABLOSU 3 LEAD	45	ADET		
2	HASTABAŞI MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK	15	ADET		
3	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU SPO2	15	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

1. Kalem 91390 model için 30 adet  
91300 model için 15 adet verilecektir.

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 10eca7eb-60e2-43f8-b2f4-3b6d25e9d41e

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



**EKG ARA KABLOSU 3 LEAD  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**A)KONU:** Kilis Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakımda kullanılan Spacelabs marka 91390 model hasta başı monitör için alınacak olan ekg ara kablosu teknik şartnamesidir.

**B)TEKNİK ÖZELLİKLER:**

1. Ekg ara kablosu Spacelabs marka 91390 model hasta başı monitörüne uyumlu ve sıfır ambalajında olmalıdır.
2. Ekg ara kablosu timsah uçlu ve 3 lead olmalıdır.
3. Ekg ara kablosunun CE belgesi olmalıdır.
4. Alınacak ekg ara kablosu cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir. Firmalardan teklif sırasında numune istenecektir.
5. Ürün en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır.



Abuzer ÖZKAN  
İdari

Selma Kınıroğlu  
İdari


**EKG KABLOSU 3 LEAD  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**A)KONU:** Kilis Devlet Hastanesi Acil Serviste kullanılan Spacelabs marka 93300 model hasta başı monitör için alınacak olan ekg ara kablosu teknik şartnamesidir.

**B)TEKNİK ÖZELLİKLER:**

1. Ekg ara kablosu Spacelabs marka 93300 model hasta başı monitörüne uyumlu ve sıfır ambalajında olmalıdır.
2. Ekg ara kablosu timsah uçlu ve 3 lead olmalıdır.
3. Ekg ara kablosunun CE belgesi olmalıdır.
4. Alınacak ekg ara kablosu cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir. Firmalardan teklif sırasında numune istenecektir.
5. Ürün en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır.

  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Biyomedikal Mühendisi




## HASTA BAŐI MONİTÖRÜ SPO2 ÖLÇÜM PROBU YETİŐKİN TEKNİK ŐARTNAMESİ

A)KONU: Kilis Devlet Hastanesi Acil Serviste kullanılan Spacelabs marka 93300 model hasta baŐı monitörler için alınacak olan yetişkin Spo2 probu teknik Őartnamesidir.

### B)TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Spo2 probu Spacelabs marka 93300 model hastabaŐı monitörüne tam uyumlu ve orijinal ambalajında olmalıdır.
2. Spo2 probu yetişkin ve reusable olmalıdır.
3. Spo2 probunun ara kabloya baėlanan ucu 7 pinli erkek uç Őeklinde olmalıdır.
4. Alınacak ara baėlantı kablosu cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir. Firmalardan teklif sırasında numune istenecektir.
5. Baėlantı kablosu; dezenfektan, alkol vs temizleyicilerle temizlenebilir ve yapıldıėı malzeme bu temizlik ürünlerine karŐı dayanıklı olmalıdır.
6. Teklif edilen baėlantı kablosunun en az 6 ay garantisi olmalıdır.
7. Teklif edilen ürünün UBB kodu olmalıdır.

  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Biyomedikal Mühendisi

  
S. Kemal Ulas

## HASTA BAŐI MONİTÖRÜ SPO2 ÖLÇÜM ARA KABLOSU TEKNİK ŐARTNAMESİ

**A)KONU:** Kilis Devlet Hastanesi Acil Serviste kullanılan Spacelabs marka 93300 model hasta baŐı monitörler için alınacak olan Spo2 ara kablosu teknik Őartnamesidir.

### B)TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Spo2 ara kablosu Spacelabs marka 93300 model hastabaŐı monitörüne tam uyumlu ve orijinal ambalajında olmalıdır.
2. Spo2 ara kablosunun cihaza baėlanan ucu <sup>9</sup> pinli erkek uç, sensöre baėlanan uc 9 pinli diŐi uç Őeklinde olmalıdır.
3. Alınacak ara baėlantı kablosu cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir. Firmalardan teklif sırasında numune istenecektir.
4. Baėlantı kablosu; dezenfektan, alkol vs temizleyicilerle temizlenebilir ve yapıldıėı malzeme bu temizlik ürünlerine karŐı dayanıklı olmalıdır.
5. Teklif edilen baėlantı kablosunun en az 6 ay garantisi olmalıdır.
6. Teklif edilen ürünün UBB kodu olmalıdır.

  
Kilis Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Mühendisi

  
Erdoğan Uyar