



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

15/04/2021 15:39 - E-52446582 - 949 - 148



00138798182

Sayı : 35277066-949

Konu : YOĞUN BAKIM HASTABAŞI MONİTÖR ARIZASI

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (

19 / 04 / 2021 ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmiy)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	HASTABAŞI MONİTÖR TAMİRİ	1	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

Detaylı Bilgi için Emin TIRYAKI 0530 079 24 16

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 11807f85-c620-4492-b9d3-da500ec0d383

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>





KILIS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
BİYOMEDİKAL TEKNİK RAPORU



CİHAZ BİLGİLERİ

CİHAZIN ADI	HASTABAŞI MONİTÖR (YOĞUN BAKIM)	
MARKASI VE MODELİ	SPACELABS	QUBE (91390)
HİZMETE GİRDİĞİ TARİH	2015	
CİHAZ SERİ NO/KÜNYE NO	1010934272	
CİHAZ ÜZERİNDEKİ AVADANLIKLAR :		
CİHAZIN ÇALIŞTIĞI BİRİM	COVID YOĞUN BAKIM (SALON 1 ODA3)	

ARIZA BİLDİRİMİ YAPAN

Selma Tamuroglu

ARIZA AÇIKLAMASI

DOKUNMATİK ÇALIŞMIYOR, NIBP ARIZALI

YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA RAPOR

YAPILAN İNCELEMELER SONUCUNDA CİHAZIN NIBP YANI TANSİYON ÖLÇMEDİĞİ, MANŞONU ŞİŞİRDİĞİ ANCAK ÖLÇÜMÜ YAPMADIĞI GÖRÜLMÜŞ, AYRICA DOKUNMATİK PANELİN ARIZALI OLDUĞU VE DEĞİŞMESİ GEREKTİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR. BAHSE KONU ARIZALAR HASTANE BİYOMEDİKAL SERVİS İMKANLARIYLA TAMİR EDİLEMİYEP YETKİLİ TEKNİK SERVİS TARAFINDAN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

GEREKLİ MALZEMELER

- 1- X
- 2- X
- 3- X

<input type="checkbox"/>	Arıza Yapıldı
<input type="checkbox"/>	Malzeme Talebi
<input checked="" type="checkbox"/>	Atölyede tamiri mümkün değil
<input type="checkbox"/>	Garanti kapsamında

Ahmet AKTAŞ  
Biyomedikal Teknik Servis

Emin TİRT AKI  
Biyomedikal Mühendisi