



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS DEVLET
HASTANESİ
26/04/2021 13:37 - E-52446582 - 949 - 305



Sayı : 35277066-949

Konu : KOMBİNE TERAPİ CİHAZLARI ARIZA YAPIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (**28/04/2021**) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi ilgili Depo Birimine teslim
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	KOMBİNE TERAPİ CİHAZI TAMİRİ	2	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Emin TIRYAKI : 0530 079 2416
(İletişim)

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAMDİ ÖKSÜZ

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 8af1f662-f048-43fd-9d7e-e450ba3df528

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>





KİLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KİLİS DEVLET HASTANESİ
BİYOMEDİKAL TEKNİK RAPORU



CİHAZ BİLGİLERİ

CİHAZIN ADI	KOMBİNE TERAPİ CİHAZI	
MARKASI VE MODELİ	BTL	4000
HİZMETE GİRDİĞİ TARİH	2014	
CİHAZ SERİ NO/KÜNYE NO	028T-B-05013 VE 028T-B-05016	
CİHAZ ÜZERİNDEKİ AVADANLIKLAR :	POWER SUPPLY	
CİHAZIN ÇALIŞTIĞI BİRİM	FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ	

ARIZA BİLDİRİMİ YAPAN

Behçet İZLEMEN
Bulut

ARIZA AÇIKLAMASI

CİHAZIN ORTA SEÇİM TUŞU ÇALIŞMIYOR

YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA RAPOR

YAPILAN İNCELEMELER SONUCUNDA CİHAZIN SEÇİM VE MENÜLER ARASINDA DOLAŞIMI SAĞLAYAN ORTA KNOB TUŞU ÇALIMAMAKTA, KNOBUN MAINBOARD ÜZERİNDE BULUNAN POTANSIN ARIZALANDIĞI ANLAŞILMIŞTIR. ARIZALI POTANSİYOMETRENİN DEĞİŞMESİ GEREKMEKTEDİR.

GEREKLİ MALZEMELER

- 1- X
- 2- X
- 3- X

<input type="checkbox"/>	Arıza Yapıldı		
<input type="checkbox"/>	Malzeme Talebi		
<input checked="" type="checkbox"/>	Atölyede tamiri mümkün değil	Ahmet AKTAŞ Biyomedikal Teknik Servis	Emir TIRYAKI Biyomedikal Mühendisi
<input type="checkbox"/>	Garanti kapsamında		