



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

21/05/2021 09:53 - E-52446582 - 949 - 172



00140424566

Sayı : 35277066-949

Konu : 2 KALEM BASKET KATATER VE ÜRETROTOM BIÇAĞI ALIMI İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

24/05/2021 Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç ((24/05/2021) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmiy)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ÜRETROTOM BIÇAĞI	5	ADET		
2	BASKET KATETER	5	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 8a708911-a167-42bd-a493-8693670693cf Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



BASKET KATETER 1-2 F 115 CM (± 10 CM)

5 (Beş) ADET

1. Basket kateterüriner kanaldan taş ve yabancı cisim çıkarmaya uygun olmalıdır.
2. Basket kateterin uzunluğu 115 ± 10 cm, gövde telin çapı 1-2 fr olmalıdır.
3. Basket kateterin ayak kısmı en az 3 telden uç kısmı ise dalgalı en az 3 nitinoltelden oluşmalıdır ve zero tip olmalıdır.
4. Basket kateterin uç kısmı ileri doğru değil yerinde açılıp kapanmalıdır.
5. Tel atravmatik olmalı, nitinol veya polyimide malzeme ile kaplı ve flexible yapıda king yapmayan güçlü ,dirençli olmalıdır.
6. Basket kateterin açılmış çapı en az 10 mm olmalıdır.
7. Kateterinüzzerinde handlı olmalıdır.
8. Basketin sapı tek elle kullanıma uygun ve yerinden çıkarılabilir olmalıdır.
9. Kateterüretete zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
10. Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.

Op. Dr. Eyyüp KOLUŞ
KIZILASLAN HASTANESİ
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 155841/23359

Op. Dr. Erhan TUNER
KIZILASLAN Hastanesi
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 162755

ÜRETRETOM BIÇAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

5 (BES) ADET

SOĞUK BIÇAK, DÜZ

Teklif edilen malzeme aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. Teklif edilen üretrotom bıçağı düz uçlu olmalıdır.
2. İnternal üretrotom darlıkları için kullanıma uygun olmalıdır.
3. 21 Fr. üretrotom kılıfları ve hastanemizde kullanılmakta olan üretretom setlerine (Storz, Amnotec) uygun olmalıdır.
4. Kesici bıçaklar üzerinde orjinal referans numaraları ve katalog numarası bulunmalıdır.
5. Tek köklü sistem olmalıdır.

- Teknik Servis Yeterliğini göstermek üzere ithalatçının TSE Hizmet Yeterlik Belgesi bulunmalıdır.
- Cihazlara vakada denendikten sonra uygunluk verilecektir. Uygunluk için vakada cihazları denetmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Op. Dr. Eyyüp KOLUŞ
KİTİS DEVLET HASTANESİ
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 156341/23359

Op. Dr. Eyyüp TÜMER
KİTİS Devlet Hastanesi
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 162755