



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

21/05/2021 15:52 - E-52446582 - 949 - 174



00140463751

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM OFTALMOSKOP ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **25.05** /2021 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekûn/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarih ve saatten önce Satın Alma Birimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER

| Sıra | Cinsi | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
|------|-------------------------------------|--------|-------|--------------------------|--------------|
| 1 | OFTALMOSKOP ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA | 1 | ADET | | |
| | | | | TOPLAM(KDV HARİÇ) | |

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: cdd9aa5e-c63c-47b9-8b52-6ccc5d76a921

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>





T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

İNDİREKT OFTALMOSKOP BATARYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Batarya Welch Allyn marka 12500 model cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Batarya nickel-cadmium şarj edilebilir olmalıdır.
3. Batarya 4.8 volt – 1.8 AH değerinde olmalıdır.
4. Batarya katalog numarası 72240 olmalıdır.
5. Batarya ebatları battery pack ile uyumlu olmalıdır.
6. Ürün cihaz üzerinde denendikten sonra uygunluğuna karar verilecektir

Opr. Dr. Sercan Korkmaz SAĞDIÇ
Kilis İl Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No : 145365

Ahmet Aktepe
Kilis

Emir Tiryaki
KILIS SAĞLIK HASTANESİ
Biyomedikal Mühendis