



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

27/05/2021 08:24 - E-52446582 - 949 - 179



00140748743

Sayı : 35277066-949

Konu : Hidrojen Peroksit Kimyasal İndikatörü Alım İşi

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **31.05** /2021 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adi geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **1.20(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarih ve saatten önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	HİDROJEN PEROKSİT İNDİKATÖRÜ KİMYASAL	5.000	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 355ba2f5-73fb-400a-b032-7c0ed0e425d1

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



HİDROJEN PEROKSİT KİMYASAL İNDİKATÖR

1. Hidrojen peroksit plazma sistemi için özel üretilmiş olmalıdır
2. İndikatör, ISO 11140-1 standardına uygun olacaktır.
3. İndikatörler herhangi bir ağır metal ve toksik madde içermemelidir.
4. İndikatörler 250'lik paketlerde olacaktır.
5. Stripin üzerinde bir indikatör bölgesi ve bir de referans renk bölgesi bulunacaktır.
6. Stripler selüloz içermeyen poliolfen bir malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
7. Stripin üzerindeki indikatör, sterilizasyon sonrası fark edilen bir renk değişimi gösterecek, yoruma açık olmayacaktır.
8. Sterilizasyon parametrelerinde bir sorun varsa renk değişimi "referans renk" ten farklı bir renge dönecek veya renk dönüşümü yapmayacaktır.
9. İndikatörler sterilizasyon ortamından etkilenerek form bozukluğu göstermemelidir.
10. Sterilizasyon sonrasında striplerin renk değişimi 6 ay sabit kalmalı ve kayıt olarak saklanabilmelidir.
11. Paketin üzerinde son kullanma tarihi, Lot bilgisi olacaktır.
12. Normal oda koşullarında saklanacaktır. (%30-60 nem, 0-30 °C sıcaklık)
13. Kimyasal indikatörler hastanemizde kullanılmakta olan hidrojen peroksit cihazı ile kullanıma tam uyumlu olmalıdır. Ve bu durum üretici veya distribütör firma tarafından onaylanmalıdır.

Süleyman FERMANCI
Kilis Devlet Hastanesi
Biyomedikal Depo Birimi
Tıbbi Sekreter

Gonca YAĞICI
Sterilizasyon
Birim Sorumlusu