



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ
07:06:2021 15:44 - E-52446582 - 949 - 188
00141478154

Sayı : 35277066-949

Konu : 2 KALEM ALKALİ VE NÖTRALİZE SOLÜSYONU ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 11/06/2021 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarih ve saatten önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.
İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU ALKALİ SIVI 5 LT	10	ADET		
2	EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU NÖTRALİ SIVI 5 LT	10	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: aaf9ffd5-0107-447e-aaf4-29e2f98fd8e0

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



YIKAYICI DEZENFEKTÖRLER İÇİN ALKALİ TEMİZLEME SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yıkayıcı dezenfektörler ile tıbbi alet temizliği için alkali temizleyici olmalıdır.
2. 93°C termal dezenfeksiyon yapabilen yıkayıcı dezenfektörler ile güvenle kullanılmalıdır.
3. Derinlemesine ve artık bırakmayan temizlik sağlamalıdır.
4. Farklı su sertlik derecelerinde kullanıma uygun olmalıdır.
5. Her marka yıkayıcı dezenfektör ile güvenle kullanılmalıdır.
6. Medikal alanda kullanılan cerrahi aletlerin, MIC aletlerinin, laboratuarlarda kullanılan cam malzemelerinin otomatik yıkama makineleri ile temizliğinde kullanılmalıdır.
7. Ürün bileşiminde potasyumhidroksit, kompleks oluşturucular ve korozyon inhibitörleri olmalıdır.
8. Tavsiye edilen kullanım konsantrasyonu su sertliğine bağlı olarak 3-5 ml/lt olmalıdır.
9. Ürünün pH değeri 11-14 arasında olmalıdır.
10. Renksiz, berrak ve kokusuz olmalıdır.
11. Raf ömrü 10-30 C oda sıcaklığında %20-70 nem oranında en az 3 (üç) yıl olmalıdır. Teslim tarihi itibariyle üretim tarihi üzerinden en fazla altı ay geçmiş olmalıdır.
12. Ürün makine dozaj bölümüne uygun şekilde dizayn edilmiş 5 litrelik, PVC içermeyen HDPE orijinal ambalajlarda olmalıdır. Solüsyonun özelliğini bozmayacak, ışık geçirmeyen nitelikte kaplarda olmalıdır.
13. Ürün nötralizanla karıştırılmaması amacı ile makinenin dozajlama pompasının rengine uygun olarak etiketi mavi renkte ve kapağında da mavi renk olmalıdır.
14. Ürün üzerinde formülasyon, kullanım şekli, lot numarası, üretim ve son kullanma tarihleri açıkça belirtilmiş Türkçe etiketi olmalıdır. Uyarı işaretleri etiket üzerinde gösterilmiş olmalıdır.
15. Ürünün ÜTS kaydı yapılmış olmalıdır.
16. Ürüne ait veri güvenlik belgesi üretici onaylı olarak dosyada sunulmalıdır.
17. Üretici firma ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 10002 ve OHSAS 18001 sertifikasına sahip olmalıdır.

Gonca YAZICI
Sterilizasyon
Birim Sorumlusu

Henüz RE
Nüfus Tabusu/19

YIKAYICI DEZENFEKTÖRLER İÇİN NÖTRALİZASYON SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yıkayıcı dezenfektörler için nötralizasyon solüsyonu olmalıdır. Ana yıkama işleminden geriye kalan alkali artıkların nötralizasyonunu yapmalıdır. Oluşan kirecin giderilmesini sağlamalıdır.
2. Tüm yıkayıcı ve dezenfektörler için kullanıma uygundur
3. Makinedeki kireç kalıntılarının uzaklaştırılması ve ana yıkama işleminden kaynaklanan alkali kalıntıların nötralizasyonu için kullanılmalıdır. (40-60 °C).
4. Ürün bileşiminde sitrik asit monohidrat, 2-Propanol ve noniyonik yüzey aktif madde bulunmalıdır.
5. Tavsiye edilen kullanım konsantasyonu 1-3 ml/lit olmalıdır.
6. Ürünün pH değeri 1-3 arasında olmalıdır.
7. Renksiz, berrak ve kokusuz olmalıdır.
8. Raf ömrü en az 3 (üç) yıl olmalıdır. Teslim tarihi itibarıyla üretim tarihi üzerinden en fazla altı ay geçmiş olmalıdır.
9. Ürün yıkayıcı dezenfektörlerin dozaj bölmesine uygun şekilde dizayn edilmiş 5 litrelik PVC içermeyen HDPE orijinal ambalajlarda olmalıdır. Solüsyonun özelliğini bozmayacak, ışık geçirmeyen nitelikte kaplarda olmalıdır.
10. Ürün üzerinde formülasyon, kullanım şekli, lot numarası, üretim ve son kullanma tarihleri açıkça belirtilmiş Türkçe etiketi olmalıdır. Uyarı işaretleri etiket üzerinde gösterilmiş olmalıdır.
11. Ürünün ÜTS kaydı yapılmış olmalıdır.
12. Ürüne ait veri güvenlik belgesi üretici onaylı olarak sunulmalıdır.
13. Üretici firma ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 10002 ve OHSAS 18001 sertifikasına sahip olmalıdır.

Gonca YAZICI
Sterilizasyon
Birim Sorumlusu

Atılma
Nötralizasyon Solüsyonu