



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

10/06/2021 13:55 - E-52446582 - 949 - 197



00141683378

Sayı : 35277066-949

Konu : 2 KALEM TIBBİ SARF ALIMI

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **15.06** /2021 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **1.2021(Yüzyılımı)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarih ve saatten önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdexlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

**İrfan KÜÇÜKOĞLU**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	KESİCİ TOPUZ UÇLAR (PERFURETOR UÇ)	1	ADET		
2	KESİCİ TOPUZ UÇLAR (KRANİYOTOMİ)	10	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 14045255-376a-4fb8-a1f3-a575b1b219e8

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



## PERFORATÖR UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek sistem hastanemizde bulunan Medtronic Midas Rex marka yüksek devirli elektrikli ve pnomatik drill sistemi ile kullanılan perforatör ataçmanı ile tam uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilen perforatör ucu, perforatör ataçmanına takılarak çalışabilmelidir.
3. Teklif edilen Perforatör ucu Driver motora takılırken herhangi bir enstürümana gerek duyulmamalıdır. Perforatör ucu Driver motora rahatlıkla takılıp sökülebilmelidir.
4. Teklif edilecek Perforatör ucu kranial vakalarda efektif olarak kullanılabilirmeli; Dura'ya zarar vermemelidir.
5. Perforatör ucu, yumuşak dokuya geldiğinde otomatik olarak durmalı; Dura'ya herhangi bir zarar vermemelidir.
- 6-Teklif edilen perforatör uçları disposable olmalı pediatrik ve yetişkin tipleri bulunmalıdır.
- 7- Pediatrik perforatör uçların dış çapı 11 mm iç çapı 7mm, yetişkin perforatör uçların dış çapı 14mm iç çapı 11 mm olmalıdır. Adetler kliniğin ihtiyacına göre belirlenecektir.
7. Teklif edilen sistemin CE belgesi olmalı ve bu belgelenmelidir.
8. Teklif veren firmalar distribütörlük belgelerini ihale dosyasına eklemelidir.

Opr. Dr. Ali Sinan TAŞDOĞAN  
Klinik Değerlendirme Uzmanı  
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı  
Dip. No: 114912

## ELEKTRİKLİ YÜKSEK DEVİRLİ DRİLL UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları, hastanemiz demirbaşında kayıtlı bulunan Elektrikli Yüksek Devirli Midas Rex Legend motor ve ataçmanları ile tam uyumlu ve orijinal olmalıdır. Aynı üretici firma tarafından üretilmiş ve kalite kontrolünden geçmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçların üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
3. Yüksek devirli kraniotom ucu ve driller steril ambalajında, ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır. Sterilizasyonun sona erdiği tarih ambalaj üzerinde yer almalıdır.
4. Teklif veren firmalar aynı zamanda kliniğimizde bulunan Midas Rex Legend yüksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya sahip olmalıdır.
5. Teklif edilecek olan yüksek devirli drill uçları carbide'den imal edilmiş olmalıdır.
6. Firmalar ihale komisyonunun gerekli görmesi halinde teklif ettikleri ürünlerin birer adet numunesini sunmalıdır. Uygun olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları; metel kesici uç, delici uç, kesici uç, kibrit başlı elmas ve kibrit başlı uç, burr curved, flexible telescoping uç, transnazal uç çeşitlerini de içermelidir.

Opr. Dr. Ali Sinan TAŞDOĞAN  
Kilis Devlet Hastanesi  
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No : 114922

Opr. Dr. Erinc EYRENSİZ  
KİLİS DEVLET HASTANESİ  
Plastik Cerrahi Uzmanı  
Dip. Sic. No : 135745