



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS DEVLET
HASTANESİ

10/06/2021 13:54 - E-52446582 - 949 - 415



00141673314

Sayı : 35277066-949

Konu : AMELİYATHANE TAVAN LAMBASI YEDEK PARÇALARI ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **14.06/2021** günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi ilgili Depo Birimine teslim
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilir muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **14.06(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	AMELİYAT TAVAN LAMBASI ANA KARTI	1	ADET		
2	AMELİYAT TAVAN LAMBASI TUŞ TAKIMI - MEMBRAN PANEL TİP	1	ADET		
3	AMELİYAT TAVAN LAMBASI LED GÖSTERGE KARTI	1	ADET		
			TOPLAM(KDV HARİÇ)		

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAMDİ ÖKSÜZ

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 59d80212-ad37-413a-a9a7-a2e69d396ef0

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>





T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

AMELİYAT TAVAN LAMBASI ANAKART
TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Anakart hastanemiz ameliyathane de kullanılan üzümcü marka OL-37T model ameliyat tavan lambasına birebir uyumlu olmalıdır.
2. Anakart üzerinde main, com, backup, gnd ve power giriş çıkış terminalleri olmalıdır.
3. Anakart üzerinde membran tip tuş takımı ve sürücü entegre çıkışı olmalıdır.
4. Ürün cihaz üzerinde denenip uygunluğuna karar verilecektir.

AMELİYAT TAVAN LAMBASI MEMBRAN TİP TUŞ TAKIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Membran tip tuş takımı hastanemiz ameliyathane de kullanılan üzümcü marka OL-37T model ameliyat tavan lambasına birebir uyumlu olmalıdır.
2. Membran tip tuş takımı üzerinde on-off, parlaklık arttırıp azaltma tuşları olmalıdır.
3. Membran tip tuş takımı üzerinde 5 kanallı flex kablo ve kart bağlantı soketi olmalıdır.
4. Ürün cihaz üzerinde denenip uygunluğuna karar verilecektir.

AMELİYAT TAVAN LAMBASI LED GÖSTERGE KARTI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Kart üzerinde 10 adet ışık seviye gösterge LEDi olmalıdır.
2. Kart üzerinde enerji, standby ve power LED leri olmalıdır.
3. Kart üzerinde 5 kanallı anakart bağlantı kablosu ve soketi olmalıdır.
4. Ürün cihaz üzerinde denenip uygunluğuna karar verilecektir.