



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

17/06/2021 14:51 - E-52446582 - 949 - 209



00142145384

Sayı : 35277066-949

Konu : HAFIZALI BUZDOLABI TERMOMETRESİ ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (**21 06/ 2021**) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	HAFIZALI BUZDOLABI TERMOMETRESİ	1	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Detaylı Bilgi için Emin TIRYAKI : 0530 079 2416

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 2b0200e5-000e-45aa-88e1-347aa5fd9183

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>





T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

HAFIZALI BUZDOLABI TERMOMETRESİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz, Soğuk Zincir%27in (+2°C ile +8°C arası) uzun süreli olarak kolay takip edilmesi amacıyla kullanılacağından, en az -10°C ile +45°C arasında rahatlıkla çalışabilir ve en az -10°C ile +45°C aralığındaki ısıları gösterir özelliğe sahip olmalıdır.
2. Cihaz, monitörü üzerinde saati ve anlık ısı ölçümünü gösterir, aynı zamanda bu kayıtları geri dönüşümlü olarak 30 gün süre ile kayıt etme özelliklerine sahip olmalıdır.
3. Pili kullanıcı tarafından çıkarılıp, reset ettirilmemelidir.
4. Cihaz monitörü üzerinde son 30 gün içerisinde hangi günlerde soğuk zincirin dışına çıkıldığı rahatlıkla görülebilir özelliğe sahip olmalıdır.
5. Cihaz soğuk zincirin dışında 60 dakikadan uzun süre kaldığı takdirde ekranda ALARM uyarısının, sürekli soğuk zincir ısı aralığında kaldığı takdirde ise, OK uyarısının belirtilmesi özelliğine sahip olmalıdır.
6. Cihaz gün içerisinde gördüğü en yüksek ve en düşük sıcaklık ayarlarını hafızasında tutmalıdır. (Max Min özelliği olmalıdır.)
7. Cihazın sıcaklık ölçme hassasiyeti $\pm 0,5$ ° C olmalıdır.
8. Cihazın sıcaklık ölçümü yaptığı zaman aralıklarını gösterirken yanılma payı ± 1 dakikadan uzun olmamalıdır.
9. Cihaz, istenildiğinde bir USB bağlantısı aracılığı ile bilgisayara bağlanarak son 30 günlük ısı değerleri geriye dönük olarak alınabilmelidir.
10. Cihazın kalibre edildiğine dair belge cihazla birlikte teslim edilecektir.

Fatma Yedilioğlu

Fatma YEDİLİOĞLU
Sorumlu Hemşire

Emin Tiryaki
KİLİS DEVLET HASTANESİ
City Medical Mühendisi