



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS DEVLET  
HASTANESİ  
28.06.2021 09:19 - E-52446582 - 949 - 520



Sayı : 35277066-949

Konu : 10 KALEM TIBBİ SARF ALIMI İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (30.06./2021) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi ilgili Depo Birimine teslim
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi). gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	KEMİK MUMU 2-5 GR	200	ADET		
2	ELDİVEN CERRAHİ PUDRASIZ NO:7	2.000	ADET		
3	ELDİVEN CERRAHİ PUDRASIZ NO:7,5	2.000	ADET		
4	ELDİVEN CERRAHİ PUDRASIZ NO:8	1.000	ADET		
5	ELDİVEN CERRAHİ PUDRASIZ NO:8,5	1.000	ADET		
6	TORAKS KATATER NO:24	20	ADET		
7	TORAKS KATATER NO:28	30	ADET		
8	TORAKS KATATER NO:30	10	ADET		
9	TORAKS KATATER NO:32	30	ADET		
10	TORAKS KATATER NO:34	10	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARIÇ)</b>	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAMDİ ÖKSÜZ

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 4cdde3e6-2e33-4216-bc6a-e513d59d05cc

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



117

### KEMİK MUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme 2,5(± 1) gramlık poşetlerde olacaktır.
2. Steril kullanıma uygun paketlenmiş olmalıdır.
3. UBB kaydı olmalıdır.
4. İhale öncesi numune teslim edilecektir, numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.

Op.Dr. Ozan HAŞİMOĞLU  
Kilis Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı  
Dip. No: 156586

Op.Dr. Ozan HAŞİMOĞLU  
Kilis Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi  
Dip. No: 156586

## ELDİVEN CERRAHİ PUDRASIZ (7, 7.5, 8 ve 8.5)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Eldiven belirtilen ölçüde verilmeli.
2. Eldiven kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
3. Gamma sterilizasyonlu olmalı ve ambalaj üzerinde gamma ile sterilizasyonun yapıldığı belirtilmeli.
4. Kolayca görülüp açılabilen açılış yerine sahip ambalaja sahip olmalı.
5. Eldiven ambalajı yırtık ve delik olmamalıdır.
6. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.
7. Eldivenin iç yüzeyinde pudralı olmamalıdır.
8. İç yüzeyde özellikle parmak uçlarında topaklanmış kauçuk partikülleri bulunmamalıdır.
9. Eldiven rahat giyilebilmeli ve takılma olmamalıdır.
10. Eldiven giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. Başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluşmamalıdır.
11. Giyilirken eldiven yırtılmamalı veya delinmemelidir. Her ambalajda bir çift sağ ve sol steril giyilecek şekilde hazırlanmış olmalıdır.
12. Eldivenler giyildikten sonra parmak uçlarında ve elde dokunma hissini engellememelidir.
13. Hipoallerjik olmalıdır.
14. Eldivenler uzun konçlu olup bilekten kıvrımalı olmalıdır.
15. Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven özelliğini numarasını ve özelliklerini belirten yazılar olmalıdır. Paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır.
16. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
17. İhale öncesi numune en az 10'ar adet teslim edilecek, numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
18. Ürünün Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı olmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı  
Kilis Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Özgür BEĞMEN  
Genel Cerrahi Uzm.  
Drp. Tes. No : 155370

T.C. Sağlık Bakanlığı  
Kilis Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Ozan Urku ÖZTÜRK  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Uzm. Tes. No: 145614

## TORAKS KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:NO.24-28-30-32-34

1. Göğüs cerrahisi ameliyathanesinde, servis ve acil poliklinikte kullanılmak üzere;
  - 24 F
  - 28 F
  - 30 F
  - 32 F
  - 34 F
2. Toraks cerrahisi ameliyatlarında kullanımına uygun, nontravmatik,apirojen antiallerjik
3. Sert PVC den mamul, kolay kıvrılmayan ve yüksek negatif basınçta kollabe olmayan
4. Şeffaf olmalıdır.
5. Sayısal skalası kolay okunabilmeli ve silinmemelidir.
6. PA grafilerde kolayca görülebilecek radyopak çizgisi olan ve son deliği bu opak çizgi üzerinde olmalıdır.
7. Steril tekli kullanım paketleri içinde olmalıdır.
8. Paket üzerinde sterilizasyon tarihi, yöntemini, miyadını bildirir ibarenin olmalıdır.
9. En az 2 yıl miyadlı olacaktır.
10. TITUBB kaydı olmalıdır.
- 11.İhale öncesi numune teslim edilecektir, numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır

T.C. Sağlık Bakanlığı  
Kilis Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Özgür SEĞMEN  
Genel Cerrahi Uzm.  
Dip. Tes. No : 155370

T.C. Sağlık Bakanlığı  
Kilis Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Ozan Utku ÖZTÜRK  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Uzm. Tes. No: 145614