



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

01/07/2021 15:05 - E-52446582 - 949 - 230



00143097764

Sayı : 35277066-949

Konu : USG DIŞ BÜKEY CONVEX PROBU ALIMI İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (

05/07/2021) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmiy)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ULTRASONOGRAFİ PROBU DIŞ BÜKEY - CONVEX	1	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Detaylı Bilgi için Emin TIRYAKI : 0530 079 24 16

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: de9eb85e-4f73-4da4-957e-75c7c14be9e5

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>





T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

**ULTRASONOGRAFİ PROBU DIŞBÜKEY – CONVEX
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Prob TOSHIBA Marka Aplio Model ultrasonografi sistemlerinde kullanılabilir olmalıdır.
2. Tarama sistemi tamamen elektronik olmalıdır. İçerisinde mekanik parça barındıran problemler kabul edilmeyecektir.
3. Prob, Abdomen taramalara uygun olmalıdır.
4. Prob en az 1.0-6.0 MHz arasındaki frekansları destekleyebilmelidir. Multifrekans özellikte ve doku harmonik görüntüleme özelliği olmayan problemler kabul edilmeyecektir.
5. Prob B Mod'da 1.9/4.0/6.0 MHz'lerde, THI Mod'da 3.0/4.0/5.0/6.0 MHz'lerde çalışmalıdır. Merkezi frekansı 3.5 MHz olmalıdır.
6. Prob Aplio 500 cihazında kullanıldığında differential doku harmonik görüntüleme modunda da çalışabilmelidir.
7. Prob sistemle tam bir uyum içerisinde çalışmalıdır.
8. Teklif edilecek prob daha önce hiç kullanılmamış olup, orjinal kapalı ambalajında teslim edilecektir.
9. Probun UBB /UTS kaydı olacaktır.

Emin TIRYAKI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi

Uzm. Dr. M. Cihangir KOÇAK
KILIS DEVLET HASTANESİ
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 175414

Uzm. Dr. Ahmet ALTAY
KILIS DEVLET HASTANESİ
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 207934