



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

01/07/2021 15:05 - E-52446582 - 949 - 231



00143097588

Sayı : 35277066-949

Konu : SOĞUK IŞIK KAYNAĞI TAMİRİ İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (

05/07/2021) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimizize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	SOĞUK IŞIK KAYNAĞI TAMİRİ	1	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Detaylı bilgi için Emin TIRYAKI : 0530 079 24 16
STRYKER marka L9000 model

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: d370019a-5b49-4329-8ed0-fe0bb1569ab6

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>





KİLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KİLİS DEVLET HASTANESİ
BİYOMEDİKAL TEKNİK RAPORU



CİHAZ BİLGİLERİ

CİHAZIN ADI	SOĞUK IŞIK KAYNAĞI	
MARKASI VE MODELİ	STRYKER	L9000
HİZMETE GİRDİĞİ TARİH	2016	
CİHAZ SERİ NO/KÜNYE NO	1010284952	
CİHAZ ÜZERİNDEKİ AVADANLIKLAR	-	
CİHAZIN ÇALIŞTIĞI BİRİM	AMELİYATHANE	

ARIZA BİLDİRİMİ YAPAN

ARIZA AÇIKLAMASI

CİHAZ YEŞİL IŞIK VERİYOR

YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA RAPOR

YAPILAN İNCELEMELER SONUCUNDA CİHAZIN LED IŞIK KAYNAĞI ÜNİTESİNDE BEYAZ IŞIĞI OLUŞTURAN YEŞİL-MAVİ-KIRMIZI LED CHİPLERDEN **KIRMIZI LED** CHİP ARIZALI OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR VE DEĞİŞMESİ GEREKMEKTEDİR. ARIZANIN KURUM İMKANLARIYLA TAMİRİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

GEREKLİ MALZEMELER

- 1- X
- 2- X
- 3- X

<input type="checkbox"/>	Arıza Yapıldı		
<input type="checkbox"/>	Malzeme Talebi		
<input checked="" type="checkbox"/>	Atölyede tamiri mümkün değil	<i>M. Fatih Yıldız</i>	<i>Ahmet AKTAŞ</i>
<input type="checkbox"/>	Garanti kapsamında	<i>Ameliyathane birim sorumlusu</i>	<i>Emin TIRYAKI</i>